⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system should be a high sensitive gamma camera system with more than two detectors, and a CT system capable of whole body including cardiac examinations.
B　The system should have a high performance workstation for state-of-the-art nuclear image data analysis including a function of fusion with MR images.
C　The system should have collimators to obtain optimal diagnosis and treatment information.
D　The system should have functions to send and receive images as the standard DICOM format and be incorporated into the imaging network system.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 14, May, 2012
⑹　Contact point for the notice : Seiichi Osaka, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, The University of Tokushima, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi　770―8503　Japan,　TEL 088―633―9559

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年 3 月 26 日
国立大学法人徳島大学長　香川　　征
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36

○第７号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＭＤＣＴ診断システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　本システムは、Ｘ線ＭＤＣＴ診断システム及び必要な画像処理・解析システムを含んでいること。
Ｂ　優れた組織コントラスト及び時間分解能を有し、迅速・正確な画像解析や処理が可能であること。そのために検出器は64列以上であること。
Ｃ　dual energyでの撮像に対応していること。
Ｄ　被曝量を減らす再構成処理が可能であることと、低線量におけるアーチファクトの軽減のための対策が講じられていること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年５月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　大坂　誠一　電話088―633―9559
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月26日から平成24年５月14日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月３日16時00分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : MDCT diagnostic system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system should be composed of X-ray CT system and the indispensable image analysis system.
B　It should be able to provide good tissue contrast and high time- and special- resolution, and also have rapid and accurate imaging analysis and solution. The number of detectors should be 64 or more.
C　The system should have a function for dual energy imaging examinations.
D　The device to reduce X-ray exposure and the techniques to reduce artifacts induced by low-dose X-ray should be provided.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 14, May, 2012
⑹　Contact point for the notice : Seiichi Osaka, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, The University of Tokushima, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi　770―8503　Japan,　TEL 088―633―9559

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年 3 月 26 日
国立大学法人徳島大学長　香川　　征
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36

○第８号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　生理検査医療機器システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　検査機器は生理画像ファイリングシステムおよび脳波検査システムへ接続できること。
Ｂ　既存の生理検査機器で取得したデータを生理検査医療機器システムへ移行できること。
Ｃ　病院情報システムより検査結果が閲覧できる仕様であること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年５月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　大坂　誠一　電話088―633―9559
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年３月26日から平成24年５月14日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月５日15時00分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : A system for physiological examination 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system must be connected to the image filing system of institutional physiology and EEG systems.
B　The previous data acquired with existing physiology testing equipment must be transferred to the proposing system.
C　Results of the examination with the proposing system must be viewed from the existing hospital information system.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 14, May, 2012
⑹　Contact point for the notice : Seiichi Osaka, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, The University of Tokushima, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi　770―8503　Japan,　TEL 088―633―9559

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年 3 月 26 日
国立大学法人愛媛大学長　柳澤　康信