G　The system must have a unified hardware and software configuration that enables many users to access at the same time.
H　The software developed in the old system must be transferred to the new system smoothly.
I　The program language, application software and the utility software that make full use of the system must be included.
J　The version up of the software must be done promptly when it is available.
K　The efficient support system for maintenance and trouble is required.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 25, May, 2012
⑹　Contact point for the notice : Hirao Akira, Contract staff of Administration Office, Graduate Shool of Frontier Sciences, The university of Tokyo, 5―1―5 Kashiwano-Ha, Kashiwa-shi, Chiba 277―8581 Japan, TEL 04―7136―5508

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年４月 16 日
国立大学法人福井大学財務部長　川尻　秀行
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　18
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　循環器総合診断治療システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度２月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　超音波を用いて冠動脈における病変部を画像として表示し、病変の性状もカラー表示可能なシステムであること。
B　部分冠血流予備量比（ＦＦＲ）の計測が可能であること。
C　近赤外線を照射する冠動脈のイメージング法を用いた画像装置を同時に備えること。
D　血管内の血流速度等を計測可能な装置を同時に備えること。
E　心腔内エコーを表示可能な心臓超音波診断装置を同時に備えること。
F　既存の不整脈治療時に用いる立体画像装置を拡張し、心腔内エコー可能な心臓超音波診断装置と連携することができること。
G　食道内の体温計測が可能なセンサー及び、心臓内神経節を同定可能な刺激装置を同時に備えること。
H　動脈硬化の進展度評価が可能な血圧脈波検査装置を同時に備えること。
I　検査・治療中の各データは、ＣＤ―ＲもしくはＤＶＤ―Ｒのメディアに保存できること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年６月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学病院部総務管理課調達第一係　岩野　信也　電話0776―61―3111　内線3145
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年４月16日から平成24年６月１日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年４月24日16時00分
⑵　開催場所　福井大学医学部管理棟中会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Imaging System for Interventional Cardiology 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The ultrasonic gray scale image and virtual histological color image of coronary atherosclerotic lesion can be constructed.
B　Measurement of a Fractional Flow Reserve (FFR) value is possible.
C　The optical coherence tomography image of coronary artery can be constructed.
D　Simultaneous assessments of coronary flow velocity and intracoronary pressure are required.
E　The equipment of intra cardiac echo assessment should be required.
F　Cooperation of the three-dimensional image and intra cardiac echo image should be required.
G　Assessment of intra esophageal temperature and intra cardiac Ganglionated Plexi is possible.
H　Measurement of a blood pressure, ABI and pulse wave velocity is possible.
I　All data should be able to be preserved in CD-R or DVD-R.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 1, June, 2012
⑹　Contact point for the notice : Shinya Iwano, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3145

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年４月 16 日
国立大学法人神戸大学
契約担当役　理事　竹園　充夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　28
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　尿測定システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　患者ごとに尿量、尿回数が測定できるシステムであること。
B　リストバンド、音声認識等による誤認防止機能を有すること。
C　４階から11階の病室内トイレに機器を設置し、各階のステーションまたは全病棟で一括管理するシステム構成であること。
D　院内の電子カルテシステムとデータ連携が可能であること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年６月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒650―0017　神戸市中央区楠町７―５―１　神戸大学医学部管理課病院契約係　吉田　　靖　電話078―382―5120
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年４月16日から平成24年６月１日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年５月８日14時00分
⑵　開催場所　神戸大学医学部管理棟入札室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : URINALYSIS SYSTEM 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Have function of automatic urinalysis per person.
B　Have function of prevent from mistake.
C　Have constitution of urinalysis equipment at every room, and management system at staff station.
D　Have constitution of connection to the hospital information system