5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : General anesthesia system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Must put it under general anesthesia by an anesthetic gas.
B　Must watch living body information with a monitor during anesthesia.
C　Must comprise a respirator skillful with anesthesia.
D　Must comprise a device absorbing carbon dioxide.
E　Must comprise the safety device which only one can use soon which must be equipped with a vaporizer for plural volatile anesthetics.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 2, July, 2012
⑹　Contact point for the notice : Yoshida Yasushi, Procurement Section, Accounting Division, Kobe University Hospital, 7―5―1 Kusunoki-cho Chuo-ku Kobe-shi 650―0017 Japan, TEL 078―382―5120

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年 5 月 16 日
国立大学法人広島大学
分任契約担当職　病院長　茶山　一彰
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34

○第２号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　高性能ＣＴシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　検出器256列以上を装備したＣＴ装置であること。
B　冠動脈ＣＴ検査に対応可能なＣＴ装置であること。
C　異なる管電圧でデータ収集を行うデュアルエナジースキャンが実施できるＣＴ装置であること。
D　３Ｄ画像処理用画像サーバー、画像処理用ネットワーク型ワークステーションを有すること。
E　本院の放射線情報システムより、ＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠した患者及び検査情報を取得できること。
F　取得した画像は、本院画像保存システム（ＰＡＣＳ）にＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠したデータとして保存でき、本院の端末で参照可能なこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年７月２日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒734―8551 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学病院財務グループ主査（物品主担当）　曽根　淳一　電話082―257―5025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年５月16日から平成24年７月２日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年５月25日16時00分
⑵　開催場所　広島大学病院管理棟２Ｆ　カンファレンスルーム１
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The High-performance Computed Tomography System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The new CT scanner must have 256 or more detectors-rows
B　The new CT scanner must perform ECG-gated cardiac CT scan
C　The new CT scanner must perform dual energy scan with two different tube voltages
D　The 3D net-work type workstation and image saver for thin slice images
E　The new CT scanner system has to be connected to the radiological information system (RIS) installed in the Hiroshima University Hospital, and it can communicate the patient's and examination's information data with the RIS
F　The image data obtained with the new CT scanner must conform to the standard of the DICOM3.0 and they can be viewed with the all client viewers in the Hiroshima University Hospital
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 2, July, 2012
⑹　Contact point for the notice : Junichi Sone, Hiroshima University Hospital Finance Group, 1―2―3 Kasumi Minami-ku Hiroshima-shi 734―8551 Japan, TEL 082―257―5025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 24 年 5 月 16 日
国立大学法人広島大学
分任契約担当職　病院長　茶山　一彰
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34

○第３号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　高精度放射線治療システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　外部放射線治療装置（リニアック）のエネルギーは、Ｘ線が３種類以上、電子線が６種類以上出力可能であること。
B　照射野限定システムは、0.5㎝幅以下のマルチリーフ（多分割可変絞り）機構及び関連装置を備えていること。
C　治療前に、治療装置本体に照射位置確認システムを備えていること。
D　治療中の呼吸管理システムを備えていること。
E　各治療患者の照射パラメータを一元的に管理できること。
F　放射線治療計画に必要な線量分布計算装置を備えていること。
G　本院のネットワークと接続することができ、また拡張できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年７月２日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒734―8551 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学病院財務グループ主査（物品主担当）　曽根　淳一　電話082―257―5025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成24年５月16日から平成24年７月２日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成24年５月25日16時40分
⑵　開催場所　広島大学病院管理棟２Ｆ　カンファレンスルーム１
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High-precision radiation therapy system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The accelerator must be equipped with more than three types of photons energy and six types of electron
B　The accelerator must be equipped with a multi-leaf collimator less than 0.5㎝ of leaf width
C　The accelerator must be equipped with an electronic portal imaging device
D　The accelerator must be equipped with a respiratory monitoring irradiation system