(5) Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 17, July, 2012
(6) Contact point for the notice : Junichi Sone, Hiroshima University Hospital Finance Group, 1―2―3 Kasumi Minami-ku Hiroshima-shi 734―8551 Japan, TEL 082―257―5025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成24年6月1日

国立大学法人徳島大学長　香川　　征

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36

○第1号

1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　高度先進・低侵襲医療システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　平成24年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　本システムはＨＤ(high definition)対応腹腔鏡下手術システム、赤外観察内視鏡システム、高周波焼灼システム、超音波診断システム、高精度血糖管理システムを含んでいること。
B　ＨＤ対応腹腔鏡下手術システムは、優れた画像解像度を有し、良好な視野を得ることで安全・正確な手術を行うことができ、フレキシブルスコープ（特に5㎜スコープは直腸癌での骨盤内操作に不可欠）で操作性が良く、あらゆる術式で良好な視野を得ることができること。
C　赤外観察内視鏡システムは、良好なリンパ系組織の描出能を有し、鏡視下手術に利用可能であること。
D　高周波焼灼システムは、操作性がよく良好な止血、凝固能を有し、豊富な再使用型アクセサリによる高い経済性を有していること。
E　超音波診断システムは、肝腫瘍、特に小さな病変を描出、評価する機能にすぐれており、肝内脈管の解剖を正確に評価できること。
F　高精度血糖管理システムは、正確な血糖モニタリングが行える機能を有し、血糖値の変動に対応して精密なインスリン注入を行うことができること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成24年7月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町2―50―1　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　大坂　誠一　電話088―633―9559
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成24年6月1日から平成24年7月17日まで。
(2) 交付場所　上記2(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成24年6月8日15時00分
(2) 開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Advanced and minimal invasive medical system 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A The system should consist of all structures needed to enhance our advanced and minimal invasive surgery. The system should be composed of laparoscopic surgery system using high definition (HD) monitor, infra red imaging (IRI) endoscopy system, high-frequency operation equipment system, ultrasound system, and high precision blood sugar control system.
B Laparoscopic surgery system using HD monitor should be able to provide clear view with high-resolution that can assist safety operation. It should include flexible scope (especially 5㎜ scope is indispensable to the operation in a pelvis for rectal cancer), and provide a good view in several types of operations.
C IRI endoscopy system should allow high sensitivity and image quality, and have the depiction ability of good lymphoid tissue. It can use in laparoscopic surgery.
D High-frequency operation equipment system should provide excellent patient access and have the ability of safe hemostasis. It should have high economical efficiency by abundant re-use type accessories.
E Ultrasound system should allow high sensitivity and image quality. It should be superior to evaluation of small liver tumor. It should have a function to show anatomy of the hepatic vessels can be evaluated correctly.
F High precision blood sugar control system should have a function in which exact blood sugar monitoring can be performed. It can provide precise insulin injection corresponding to change of the blood sugar level.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 17, July, 2012
(6) Contact point for the notice : Seiichi Osaka, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, The University of Tokushima, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi 770―8503 Japan, TEL 088―633―9559

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

平成24年6月1日

防衛省陸上幕僚長　君塚　栄治

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13

1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量
Ｘ線断層撮影装置全身用　2式
2　意見の提出方法
(1) 意見の提出期限　平成24年7月2日17時15分（必着）
(2) 提出先　〒114―8564 東京都北区十条台1―5―70　陸上自衛隊補給統制本部衛生部技術課仕様書班仕様書班長　電話03―3908―5121　内線2866
3　仕様書案の交付
(1) 交付期間　平成24年6月1日から平成24年7月2日まで
(2) 交付場所　上記2(2)に同じ。
4　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Computerized tomography system : 2 set
(3) Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 15 PM 2, July, 2012.
(4) Contact point for the notice : Specification leader, Specification Section, Medical Department, Ground Material Control Command, Japan Ground Self Defense Force, 1―5―70 Jujodai, Kita-ku Tokyo 114―8564 Japan. TEL 03―3908―5121 Ext. 2866

意見招請に関する公示

次のとおり、調達物品の調達仕様書案の作成が完了したので、調達仕様書案に対する意見を招請します。

平成24年6月1日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

契約担当役　理事　東　　健作

◎調達機関番号　583　◎所在地番号　13

1　調達内容
(1) 品目分類番号　71、27
(2) 件名及び数量　機構電算システムに係る運用業務
2　意見の提出方法
(1) 意見の提出期限　平成24年6月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提出先　〒170―8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号　独立行政法人勤労者退職金共済機構　総務部最適化推進室　電話03―6907―1281