B　Distillation of the solvent can be recovered from chlorinated organic chlorine-based organic solvent oil was dissolved in a minute.

C　That the utility supplied with the equipment needed to be able to supply solvent recovery.

D　Configuration of the equipment, etc. ①Adsorption equipment ②Distillation apparatus ③Utility equipment ④Other ancillary equipment ⑤Adjustment, installation, piping, carrying

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 21, September, 2012

⑹ Contact point for the notice : Hiroyuki Suzuki, Procurement Section, Accounting Division, Yamagata University Faculty of Engineering, 4―3―16 Jonan Yonezawa-shi 992―8510 Japan, TEL 0238―26―3009

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成24年8月21日

国立大学法人福井大学財務部長　川尻　秀行

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　18

○第３号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　核医学画像診断システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　ＰＥＴ－ＣＴ装置

ａ　高速CT撮影が可能であること。

ｂ　Time of Flight（ＴＯＦ）撮影が可能であること。

ｃ　呼吸同期撮影が可能であること。

ｄ　全身のＦＤＧ－ＰＥＴ検査が、一人20分以内に撮影可能であること。

ｅ　診断価値の高い画像を得るための解析ソフトが充実していること。

ｆ　既存ＲＩＳ・ＰＡＣＳと接続すること。

Ｂ　Ｘ線ＣＴ搭載型ＳＰＥＣＴ装置

ａ　Ｘ線ＣＴユニット搭載型であること。

ｂ　全てのルーチン検査に対応可能であること。

ｃ　画像重ね合わせ表示により、解剖学的位置が同定可能であること。

ｄ　減弱補正が可能であること。

ｅ　逐次近似画像再構成が可能であること。

ｆ　既存ＲＩＳ・ＰＡＣＳと接続すること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成24年10月９日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学病院部総務管理課調達第一係　井口　　弘　電話0776―61―3111　内線3145

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成24年８月21日から平成24年10月９日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成24年８月29日11時00分

⑵　開催場所　福井大学医学部管理棟中会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Nuclear medicine Diagnostic Imaging System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　PET-CT system

a　The system should be able to perform high speed X-ray CT scan.

b　The system should be able to perform Time of Flight (TOF) PET imaging.

c　The system should be able to perform respiratory gated imaging.

d　The system should be able to perform Whole body FDG-PET scan within 20 minutes per patient.

e　The system should be equipped with sufficient software to obtain images with high diagnosis value.

f　The system should be connected to the existing RIS and PACS system.

B　SPECT system

a　The device being equipped with X-ray CT unit.

b　The device can support all routine examinations.

c　We can confirm the anatomical position by a fusion image display.

d　The device can do an attenuation correction.

e　The device can do iterative Reconstruction.

f　Be connected to existing RIS and PACS.

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 9, October, 2012

⑹ Contact point for the notice : Hiroshi Iguchi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3145

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成24年８月21日

日本放送協会　経理局長　竹村　範之

◎調達機関番号　325　◎所在地番号　13

○第 2012―１―56 号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　14、71、27

⑵　購入等件名及び数量　視聴者対応システムＶＯＤシステムの更新　１式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年３月

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　本システムは、ＮＨＫのテレビおよびラジオ放送番組の全てを２週間分以上収録・管理できること。

②　本システムは、前記収録された放送番組の効率的な保存機能、検索機能、視聴機能を有し、これらが相互に連携して機能すること。

③　本システムでは24時間・365日運用を可能とすること。

④　保存機能

・前記放送番組の映像および音声を適切な形式でエンコードして収録すること。

・前記収録された映像および音声情報が複製されないようなしくみを有すること。

・将来の収録対象チャンネルの増加に対応可能なこと。

・前記収録された情報の保管に必要なコストが低廉なこと。

⑤　検索機能

・前記収録された放送番組について、日時、放送時刻等を指定して短時間で目的の放送番組、日時、および放送時刻等に到達できること。

⑥　視聴機能

・ふれあいセンターで稼働している既存の端末から、前記収録された放送番組が視聴できること。

・再生、一時停止、停止、早送り、巻き戻し機能を有すること。

・視聴機能の追加が容易にできること。

⑦　周辺との連携機能

・既存のふれあいセンター業務に係るサブシステムと連携し、円滑なシステム更新ができること。

・既存の監視システムと連携でき、一元的なシステム管理を可能とすること。

・既存の映像用および音声用予備回線と連携できること。