⑶試料採取に関する事項		
①試料採取計画及び配慮事項	（２－３－１）	手引き第２部第２章及び別紙３～４に基づき、想定される受注業務の試料採取計画の概要を記述した資料、試料採取の記録及び精度管理の観点から特に配慮する事項の概要を記述した資料
⑷試料の前処理に関する事項		
①試料の受入検査及び保存及び管理の実施状況	（２－４－１）	手引き第２部第３章２及び第５章11に基づき、想定される受注業務の試料の受入検査及び保存並びに管理の実施方法の概要を記述した資料及び記録
②試料前処理計画及び配慮事項	（２－４－２）	手引き第２部第３章１、２及び３に基づき、想定される受注業務の試料前処理計画の概要を記述した資料、試料の前処理の記録及び試料の前処理に際して精度管理の観点から特に配慮する事項の概要を記述した資料
⑸生物検定法による測定に関する事項		
①生物検定法による試料の測定計画	（２－５－１）	手引き第２部第４章１及び第２部第５章に関する想定される受注業務の生物検定法による試料の測定計画の概要を記述した資料
②測定系の準備（細胞又はキットの準備）	（２－５－２）	手引き第２部第４章３の測定系（細胞又はキット）の準備に関する記録
③検量線及び感度変動の管理図による確認	（２－５－３）	手引き第２部第４章４及び７の検量線並びに手引き第２部第４章６の管理図
④検出下限及び定量範囲	（２－５－４）	手引き第２部第５章１の検出下限及び定量範囲並びにその算出過程を説明する資料
⑤操作ブランク試験、トラベルブランク試験、二重測定、濃度既知試料の測定及び換算係数の確認の実施	（２－５－５）	手引き第２部第２章４及び第５章５～９に係る操作ブランク試験、トラベルブランク試験、二重測定、濃度既知試料の測定及び換算係数の確認の実施結果を記述した資料
⑥試料の測定及び濃度の算出	（２－５－６）	手引き第２部第４章５の試料の測定、第５章２，３，４及び10の実測濃度の算出、測定量（毒性等量）の算出に関し、申請項目試料についての発光、吸光及び蛍光等の強度、実測濃度、測定量（毒性等量）の算出過程を説明する資料
⑹模擬試料の測定に関する事項		
	（２－６－１）	手引き第１部第３章２及び別紙２に基づき、模擬試料の測定に関して作成した品質保証・品質管理結果報告書（注３）

注１：「２．技術的事項」に係る資料は、申請項目（排出ガス、ばいじん及び燃え殻）ごとに提出すること。また、申請項目間で共通となる資料については重複して提出する必要はないが、その旨及び参照先を明記すること。なお、前回以前の申請書を参照することはできない。当該申請書で完結させること。

２：平成22年度に公告した審査までは「１．管理的事項」の項目であったが、平成23年度に公告した審査から「２．技術的事項」に変更したため、資料作成に留意すること。

３：この資料は、当初の申請時に提出するものではなく、初期審査合格機関に対して実施する模擬試料の測定に係る品質保証・品質管理結果報告書の提出を求めるものである。

別表２－３　審査項目及び審査用資料（ＧＣ／ＭＳ法（簡易測定法））

審査項目（注１）	（資料番号）審査用資料	
１．管理的事項（注２）		
⑴業務実績		
	（１－２－１）	過去３年間の業務実績に関する資料
２．技術的事項（注３）		
⑴標準作業手順書		
	（２－１－１）	指針第１部第２章１の標準作業手順書の目次及び測定フロー図
⑵施設及び試薬に関する事項（注４）		
①施設の整備状況	（２－２－１）	指針第２部第１章５に係る施設の整備状況及び作業環境に関する文書
②試薬、標準物質（溶液）の管理状況	（２－２－２）	指針第２部第１章１及び２に係る使用する試薬、標準物質（溶液）の管理状況の概要を記述した資料
③器具・装置の整備状況	（２－２－３）	指針第２部第１章３及び４に係る試料採取、試料の前処理及びＧＣ／ＭＳによる測定に使用する器具・装置の整備状況及び管理状況の概要を記述した資料
⑶試料採取に関する事項		
①試料採取計画及び配慮事項	（２－３－１）	想定される受注業務の試料採取計画の概要を記述した資料、試料採取の記録及び精度管理の観点から特に配慮する事項の概要を記述した資料
⑷試料の前処理に関する事項		
①試料の受入検査及び保存・管理の実施状況	（２－４－１）	想定される受注業務の試料の受入検査、保存・管理の実施方法の概要を記述した資料及び記録
②試料前処理計画及び配慮事項	（２－４－２）	想定される受注業務の試料前処理計画の概要を記述した資料、試料の前処理の記録及び精度管理の観点から特に配慮する事項の概要を記述した資料
⑸ＧＣ／ＭＳによる測定に関する事項		
①ＧＣ／ＭＳによる試料の測定計画	（２－５－１）	想定される受注業務のＧＣ／ＭＳによる試料の測定計画の概要を記述した資料（指針第２部第５章３～６の操作ブランク試験、トラベルブランク試験、二重測定、濃度既知試料の測定の実施計画を含む）
②ＧＣ／ＭＳの点検・調整の状況	（２－５－２）	指針第２部第４章２、３及び６のＧＣ／ＭＳの点検に関する実施基準及び点検・調整の実施状況の概要並びに日常の検量線及び感度変動の確認結果を記述した資料
③検量線	（２－５－３）	指針第２部第４章４に係る検量線及びそのクロマトグラム（内標準物質を含めた各ピークの同定とシグナル強度が確認できるもの）
④検出下限・定量下限	（２－５－４）	指針第２部第５章１⑴の装置、⑵の測定方法、⑶の試料測定時の検出下限・定量下限及びその算出過程を説明する資料（クロマトグラムを含む）