3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年２月18日から平成25年４月５日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月１日14時15分
⑵　開催場所　長崎大学病院第２会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Magnetic resonance imaging system (MRI system) 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The MRI system must have a superconducting magnet with 3.0T field strength that is capable of high-resolution and functional imaging.
B　The MRI system should have a capability of whole-body imaging or wide-range imaging.
C　The MRI system should have a capability of high-speed reconstruction and post processing.
D　The rooms for the MRI unit-including operator room and computer room as well as necessary shielding must be equipped.
E　The MRI system must be connected to the PACS server and the radiological information system in this hospital to transfer information.
F　The MRI system must have a capability of image and functional analyses.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, April, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hidehiko Hamasaki, Supplise Section, Management Division, Nagasaki University Hospital, 1―7―1 Sakamoto Nagasaki-shi 852―8501 Japan, TEL 095―819―7218

○第４号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　全身用Ｘ線ＣＴ検査システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　256ＤＡＳ以上を装備したＣＴ装置であること。
B　全身の形態診断及び機能診断のためのＣＴ画像を取得できること。
C　冠動脈ＣＴ検査に対応可能なＣＴ装置であること。
D　異なる管電圧でデータ収集を行うデュアルエナジースキャンが実施できること。
E　当院の画像サーバおよび放射線情報システムと接続し、情報の受け渡しができること。
F　画像解析及び機能解析ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年４月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒852―8501 長崎市坂本１―７―１　長崎大学病院管理課調達第一担当　浜崎英彦　電話095―819―7218
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年２月18日から平成25年４月５日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月１日14時00分
⑵　開催場所　長崎大学病院第２会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The whole body X-ray computed tomography (CT) system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The CT system must have 256 or more DAS (Data Acquisition System).
B　The CT system must allow acquisition of CT images of the whole body for morphological and functional diagnoses.
C　The CT system must have a capability of coronary-artery CT scan.
D　The CT system must have a capability of dual energy scan with two different tube voltages.
E　The CT system must be connected to the PACS server and the radiological information system in this hospital to transfer information.
F　The CT system must have a capability of image and functional analyses.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, April, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hidehiko Hamasaki, Supplise Section, Management Division, Nagasaki University Hospital, 1―7―1 Sakamoto Nagasaki-shi 852―8501 Japan, TEL 095―819―7218

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 25 年２月 18 日
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構長　金田　章裕
◎調達機関番号　416　◎所在地番号　12

○第１号―歴博

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
高分解能マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　分析系は二重収束型で、イオン源側に90°扇形電場、コレクタ側に90°扇形磁場を配置したニアージョンソン型であること。
②　鉛同位体比測定において、下記の外部精度（１σ）を満たしていること。207Pb／206Pb：20㎰　206Pb／204Pb：100㎰
③　グランド電位の大気圧ＩＣＰイオン源を装備していること。
④　固定式ファラデーカップ検出器１基（中央）・個別位置可変式ファラデーカップ検出器８基（高質量域側４基及び低質量域側４基）を装備していること。
⑤　コンピュータ制御によって、速やかに測定同位体の切替えおよびファラデーカップ検出器の位置設定ができること。
⑥　制御・測定用ソフトウェアはユーザーによるカスタマイズが可能であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年３月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒285―8502 佐倉市城内町117番地　大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館管理部財務課契約係　山田　健治　電話043―486―4208
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年２月18日から平成25年３月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年２月25日14時00分
⑵　開催場所　大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館第２研修室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。