◎調達機関番号　597　◎所在地番号　26
○第 08402 号（№08402）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
①　ＰＥＴ－ＣＴ　一式
②　血管連続撮影装置（循環器用）　一式
③　血管連続撮影装置（頭腹部用）　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
①　平成25年度第４・四半期
②　平成26年度第１・四半期
③　平成26年度第１・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　ＰＥＴ－ＣＴ　一式
Ａ　全身用ＰＥＴ－ＣＴシステムであること。
Ｂ　ＣＴ装置は16列以上であること。
Ｃ　検出器および画像処理において最新の機能を有すること。
Ｄ　ＤＩＣＯＭ規格に準拠していること。
Ｅ　メーカーとして安定した迅速な支援体制が確保されていること。
Ｆ　その他、必要な周辺機器を装備していること。
②　血管連続撮影装置（循環器用）　一式
Ａ　心臓用デジタルバイプレーンＸ線血管撮影装置であること。
Ｂ　ＩＶＲの支援機能を有する事。
Ｃ　解析診断用コンソールを有すること。
Ｄ　ＤＩＣＯＭ規格に準拠していること。
Ｅ　メーカーとして安定した迅速な支援体制が確保されていること。
Ｆ　その他、必要な周辺機器を装備していること。
③　血管連続撮影装置（頭腹部用）　一式
Ａ　頭部および多目的なデジタルバイプレーンＸ線血管撮影装置であること。
Ｂ　ＩＶＲの支援機能を有する事。
Ｃ　解析診断用コンソールを有すること。
Ｄ　ＤＩＣＯＭ規格に準拠していること。
Ｅ　メーカーとして安定した迅速な支援体制が確保されていること。
Ｆ　その他、必要な周辺機器を装備していること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年４月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒612―8555 京都府京都市伏見区深草向畑町１－１　独立行政法人国立病院機構京都医療センター　企画課長　吉田　正　電話075―641―9161　内線2431
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年２月26日から平成25年４月12日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　実施しない。
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :
①　Positoron Emission Tomography-CT 1 set
②　Serial Angiographic System for the Cardiovascular diagnostc 1 set
③　Serial Angiographic System for the Neuro and multiple-purpose 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　Positoron Emission Tomography-CT 1 set
A　It is a PET-CT system for the whole body.
B　CT system is equipped with multi slice detector more than 16 slices.
C　It has the newest function in a detector and image processing.
D　The sysmtem shall support DICOM standard.
E　The munufacture secures stable and quick support.
F　Other necessary equipments shall be equipped.
②　Serial Angiographic System For the Cardiovascular diagnostic 1 set
A　It must be a digital biplane X-ray angiography system for the Cardiovascular diagnostic.
B　It must have the support functions of IVR.
C　It must have the console for analysis diagnosis.
D　It must be based on the DICOM standard.
E　The quick support organization stable as a manufacturer must be secured.
F　In addition, the thing for required peripheral equipment must be equipped.
③　Serial Angiographic System for the Neuroand multiple-purpose 1 set
A　It must be a digital biplane X-ray angiography system for the Neuro and multiple-purpose.
B　It must have the support functions of IVR.
C　It must have the console for analysis diagnosis.
D　It must be based on the DICOM standard.
E　The quick support organization stable as a manufacturer must be secured.
F　In addition, the thing for required peripheral equipment must be equipped.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M April 12, 2013
⑹　Contact point for the notice : Tadashi Yoshida, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Kyoto Medical Center, 1―1, Fukakusamukaihatacho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu 612―8555, Japan. TEL 075―641―9161 ext. 2431

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 25 年 2 月 26 日
国立大学法人山形大学
医学部附属病院長　久保田　功

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　06
○第４号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　磁気共鳴断層撮影システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成25年度２月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　磁気共鳴断層撮影システムは、静磁場強度3.0テスラを有する装置であること。
Ｂ　磁気共鳴断層撮影システムは、全身の撮影が可能であること。
Ｃ　３Ｄ画像処理用画像サーバー、画像処理ネットワーク型ワークステーションを有すること。
Ｄ　磁気共鳴断層撮影システム及び３Ｄワークステーションは、本院の総合医療情報システムと連携できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年４月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒990―9585　山形市飯田西２―２―２　山形大学医学部企画管理課調達担当（病院担当）　馬場　智明　電話023―628―5028
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年２月26日から平成25年４月15日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月４日15時00分
⑵　開催場所　山形大学医学部企画管理課会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Magnetic resonance imaging system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent