◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04

○第14号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

輸液ポンプ　500台

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度９月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　輸液ポンプから輸液ラインを取り外した際、自動的に輸液ラインを遮断するアンチフリーフロー機能を有すること。

B　制御方式は流量制御方式であること。

C　輸血用途に使用できること。

D　内部バッテリにより駆動が可能なこと。

E　流量精度は、±10%以内であること。

F　セルフチェック機能を備え、装置異常を電源投入時に事前発見できること。

G　流量が予定量以上の場合は、警報を発し設定値の確認を促す機能を有すること。

H　閉塞検出圧（下流側）の調整は３段階以上であること。

I　流量と予定量の入力には専用の設定ボタンを有し、個別に入力できること。

J　動作インジケータにより、離れた位置からでも動作状態が分かり易いこと。

K　内部バッテリの充電量及び残量を３段階以上のランプ点灯等で表示する機能を有すること。

L　動作異常が疑われる時など動作履歴の確認ができること。

M　キーロック機能を装備していること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年４月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達室調達第一係長　菊地　　崇　電話022―217―4869

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年３月１日から平成25年４月16日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年３月８日10時30分

⑵　開催場所　東北大学病院管理棟４階第１会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Infusion pump 500 Sets

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　They need to have Anti-free-flow function in order to stop the infusion automatically when IV set is removed from infusion pump.

B　They need to be run without a drip sensor.

C　They need to be used for blood administration.

D　They need to run with internal battery.

E　They need to be within ±10%.

F　They need to have Self-check function in order to detect machinery errors when turning the power on.

G　They need to have a function of alerting when a number of flow rate is equal with or more than volume to be infused in order to confirm the setting.

H　They need to be set down stream occlusion detective pressure in more than 3 levels.

I　They need to have dedicated buttons of flow rate and volume to be infused and be set separately.

J　They need to have an operation indicator with which it is easy to confirm operative situation from far position.

K　They need to have a function to display a level of amount of charging and remaining of internal battery with more than 3 levels like lighting.

L　They need to be confirmed with operation histories when an operation error is doubted.

M　They need to have a function of key lock.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 16, April, 2013

⑹　Contact point for the notice : Takashi Kikuchi, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年３月１日

国立大学法人東北大学理事　佃　　良彦

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04

○第15号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

シリンジポンプ　600台

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度９月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　ディスポーザブルシリンジは５、10、20、30、50mℓのサイズが使用可能であること。

B　イノバン・ドブポン・プレペノンの各プレフィルドシリンジが使用可能であること。

C　機械精度　±１%以内、シリンジを含む精度　±３%以内であること。

D　ＡＣ／ＤＣ／内蔵バッテリの３電源方式であること。内部バッテリにより12時間以上の連続駆動が可能であること。

E　シリンジの押子外れ警報を備え、サイフォニングによる過量注入を防げる機能を有すること。

F　クラッチ外れ警報を備え、クラッチが噛み合わない状態での輸液開始を防げる機能を有すること。

G　残量警報を備え輸液終了前に警告する機能を有すること。

H　電池電圧低下警報を備えバッテリ切れによる電源オフを警告する機能を有すること。

I　閉塞検出圧を３段階以上に切換えることができること。

J　閉塞圧モニタで内圧レベルを表示し、閉塞の確認ができること。

K　流量設定方式は、ダイヤル方式であること。

L　内部バッテリの充電量及び残量を５段階以上のランプ点灯等で表示できる機能を有すること。

M　流量は整数部と小数部を大きさと色で区別できること。

N　動作異常が疑われる時など動作履歴の確認ができること。

O　キーロック機能を装備していること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年４月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達室調達第一係長　菊地　　崇　電話022―217―4869

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年３月１日から平成25年４月16日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年３月８日10時00分

⑵　開催場所　東北大学病院管理棟４階第１会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31