⑵　提出先　〒359―8513 埼玉県所沢市並木３－２　防衛省防衛医科大学校病院事務部庶務課用度第２係　佐竹　惠美　電話04―2995―1877
3　その他　本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Radiography System 1 Set
⑶　Type of the Procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the Procurement :
①　A hybrid SPECT／CT device system should be equipped with every standard and optional attachment.
②　Performance of the system :
Ⓐ　A hybrid SPECT／CT device system equipped with a dual-headed SPECT apparatus is capable of taking images of whole-body planar, SPECT, and CT.
Ⓑ　A hybrid SPECT／CT device system should be equipped with a CT scanner, which is capable of acquiring 16 slices or more by one rotation of the CT gantry.
Ⓒ　hybrid SPECT／CT device system should be equipped with high-speed processor for data analysis and image reconstruction.
Ⓓ　A hybrid SPECT／CT device system should be capable of acquiring data in every organs of subjects.
Ⓔ　A hybrid SPECT／CT device system has to have on-line connection with the PACS and RIS systems installed previously.
③　Others
Ⓐ　It should be safe and easy to be operated.
Ⓑ　It should be able to be upgraded in the future.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　20, April, 2013
⑹　Contact point for the notice : Megumi Satake, Procurement Section, General Affaires Division, Administrative Department of National Defense Medical College Hospital, 3―2 Namiki Tokorozawa-shi Saitama 359―8513 Japan TEL 04―2995―1877

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年３月６日
防衛省海上幕僚長　河野　克俊
◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
①　患者監視装置，ポータブル５型　９個
②　患者監視装置，ポータブル５型　24個
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
①　平成25年度第２・四半期以降
②　平成26年度第２・四半期以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　心電図、非観血血圧、動脈血酸素飽和度及び炭酸ガス濃度の測定ができる。
②　寸法は、W210×D130×H170㎜以下とする。
③　防滴構造とする。
④　内蔵バッテリーは８時間以上連続使用可能である。
⑤　任意で本体メモリー内に20秒以上の波形データを、10件以上保存ができる。
⑥　電源は、ＡＣ100Ｖ、50／60ヘルツ、ＤＣ12～28Ｖとする。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年４月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒162―8803 東京都新宿区市谷本村町５－１防衛省海上幕僚監部衛生企画室衛生官（薬務担当）　宇田　貞武　電話03―3268―3111　内線50081
3　Summary
⑴　Classification of the products to be procured ; 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :
①　Monitor, Patient Vital Signs, 9 units
②　Monitor, Patient Vital Signs, 24 units
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Planned introduction time :
①　later than second quarter, 2013.
②　later than second quarter, 2014.
⑸　Basic performance to be required :
①　To monitor ECG and NIBP. To measure arterial oxygen saturation, and carbon dioxide concentration.
②　Size : not bigger than W210×D130×H170㎜.
③　Splash proof construction.
④　Built-in battery must work continuously more than 8 hours.
⑤　To save more than 10 waveform data that last over 20 seconds in the internal memory.
⑥　Power supply : AC100V, 50／60Hz, DC12―28V.
⑹　Time-limit for the submission of the requested materials : 5 : 00 P.M. 22 April, 2013 (If mailing, the submission papers must reach.)
⑺　Contact point : Sadatake Uda, Procurement Officer, Medical Planning Div., Maritime Staff Office, Ministry of Defense, 5―1 Ichigayahonmuracho, Shinjuku-ku, Tokyo 162―8803, Japan. TEL 03―3268―3111 ext. 50081

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年３月６日
国立大学法人東京大学総長　濱田　純一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13
○第８号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量　長時間ジョブ実行用並列スーパーコンピューターシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度１月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　長時間ジョブ実行用並列スーパーコンピューターシステムは以下の要件を満たしていること。
①　計算ノード単体の理論演算性能（倍精度浮動小数点演算）は230ＧＦＬＯＰＳ以上であり、かつ、総理論演算性能（倍精度浮動小数点演算）は135ＴＦＬＯＰＳ以上であること。システム内において一様な計算ノードを有するものとし、またＧＰＧＰＵ等のアクセラレータは搭載しない。実効演算性能については、ベンチマークにより評価する。
②　計算ノード単体の主記憶容量は32GByte以上であり、かつ総主記憶容量は18TByte以上であること。
③　総メモリバンド幅（物理性能）は48TByte／秒以上であること。
④　計算ノード間のネットワークの物理性能は４GByte／秒（片方向）以上あり、３次元トーラスのネットワークトポロジを有する通信性能と同等あるいはそれ以上の性能を有するネットワーク構成であること。
⑤　200TByte以上のディスク容量を持つローカルファイルシステムを有すること。
⑥　ローカルファイルシステムは、20GByte／秒以上の物理スループット性能を有し、各計算ノードから均一にアクセスすることが可能であること。
⑦　既存の外部ファイルシステムに対して各計算ノードから均一にアクセスすることが可能であること。
⑧　オペレーティングシステムはＵＮＩＸ系であること（Linuxであることが望ましい）。
⑨　総設置面積が42㎡以下であること。
Ｂ　長時間ジョブ実行用並列スーパーコンピューターシステムは以下のソフトウェア環境を提供すること。
①　東京大学情報基盤センターが保有するFujitsu PRIMEHPC FX10（Oakleaf―ＦＸ）と同等のコンパイルオプションを有するＣ／Ｃ＋＋／Fortranコンパイラ、同等の通信ライブラリおよび数値計算ライブラリおよび性能チューニングのためのツールを含むプログラミング環境、同等のバッチジョブスクリプト言語を有するバッチ処理システムを提供すること。
②　高速ネットワークでユーザーが遠隔地から本システムを操作でき、データの入出力を行えること。
③　インタラクティブ、バッチ、さらにその組合わせによる多重処理が可能であること。