C　Test tube preparation system
The system should stick barcode labels on correct tubes and drop them onto a tray for individual patient.18 kinds of tubes should be loaded in the system.Plastic bag unit should be connected to the system.Plural number of blood collection tubes prepared by the system should be scanned at once by RFID reader.
D　Blood collection tables with partition
Tables should be provided with partition.The height of table should be adjustable by electric power.Barcode readers, Assist Solutions, queue number displays and vein illuminators should be equipped with tables.
E　Tube transportation system
After blood collection, tubes should be delivered to laboratory.
F　Specimen transportation system
Tracking system for chemistry and immuno assay analyzers should be built-up.It should be connected to chemistry and immune assay analyzers analyzers in case they are replaced in the future.
G　Ultrasonography diagnostic system
The machine should have the function for cardiovascular ultrasonography.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 7, May, 2013
⑹　Contact point for the notice : Tomoaki Baba, Procurement Section, Accounting Division, Yamagata University Faculty of Medicine, 2―2―2 Iidanishi Yamagata-shi 990―9585 Japan, TEL 023―628―5028

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年3月18日
国立大学法人東京大学総長　濱田　純一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第10号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　20
⑵　導入計画物品及び数量　海底変動観測研究装置のデータ受信部　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　可搬式の本機器は、学術研究船白鳳丸・新青丸などに搭載可能とすること。
B　船上装置、ストリーマーケーブル（streamer cable）、テールブイ（tail buoy）、ストリーマーウィンチ（streamer winch）から構成され、地震探査データ受信に関る一切を含んでいること。
C　船上装置に探鉱機ユニット（unit）、バード（bird）ユニット、ＱＣ（Quality Control）ユニットなどを装備すること。
D　ストリーマーケーブルにアクティブセクション（active section）、リードインケーブル（lead-in cable）、ストレッチセクション（stretch section）、モジュール（module）、テールスイベル（tail swivel）、バード（bird）などを装備すること。
E　ストリーマーケーブルのアクティブセクションは全長1200ｍ以上、チャンネル（channel）間隔は6.25m、ソリッドタイプ（solid type）であること。
F　テールブイにＧＰＳ（Global Positioning System）受信機などを装備すること。
G　ストリーマーウィンチの重量は５トン以下であり、スリップリング（slip ring）、油圧バルブ（valve）ユニットなどを装備すること。また、防水対策が施されていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年４月18日11時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒277―8564　千葉県柏市柏の葉５－１－５　東京大学大気海洋研究所経理・調達チーム　荻野　久憲　電話04―7136―6026
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年３月18日から平成25年４月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月25日11時00分
⑵　開催場所　東京大学大気海洋研究所１階会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 20
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Data receiving subsystem of multichannel seismic reflection profiling system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　This portable subsystem should be able to fit research vessels “Hakuho-maru” and “Shinsei-maru”.
B　This subsystem should be comprised of observation instrument onboard, streamer cable, tail buoy, and streamer winch, including all the parts to receive the seismic reflection data.
C　The observation instrument onboard should contain data recording unit, bird unit, and quality control unit.
D　The streamer cable should contain active section, lead-in cable, stretch section, module, tail swivel, bird, and so on.
E　Full length of the active sections in solid type should be more than 1,200 meters. Channel interval should be 6.25 meters.
F　The tail buoy of this subsystem should be equipped with GPS receiver.
G　The streamer winch should be waterproof and less than 5 tons in weight. It should be equipped with slip ring, hydraulic valve unit, and so on.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 11 : 00 AM 18, April, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hisanori Ogino, Accounting Division, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 5―1―5 Kashiwano-ha Kashiwa city, Chiba 277―8564 Japan, TEL 04―7136―6026

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年3月18日
国立大学法人東京大学総長　濱田　純一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第11号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　導入計画物品及び数量　ＩＴ創薬に向けたＨＰＣクラウドサービス　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　本クラウドサービスは東京大学学内ネットワークを使用して、どのキャンパスからも同等のアクセス環境で使用可能であり、ネットワークの速度は１Gbpsの帯域を保証すること。
B　クラウドサービスに使用される計算ノードを構成するＣＰＵは単体で100GFlops（倍精度）以上の性能を持ち、計算ノードは同一性能を持ったＣＰＵで構成され、主記憶とのデータ転送速度は均一であること。
C　各計算ノードは、200GFlops以上のピーク演算性能を持ち、32GByte以上の主記憶容量を有すること。
D　計算ノード間のデータ転送速度はノード間１対１で４GByte／s以上で、１ノードあたり16GByte／s以上であること。
E　ログインノードでは、ジョブ管理システムを介して、計算ノードの任意のノードにバッチジョブを投入し、その実行結果を受け取る機能を提供すること。
F　ログインノードのソフトウエアは以下の要件を満たすこと。
ａ　計算ノードの性能を最大限に引き出すことができ、かつOpenMP3.0以降及びＭＰＩ―2.1以降に準拠した、ＦＯＲＴＲＡＮ、Ｃ、Ｃ＋＋の処理系と対応する科学技術ライブラリ及び通信ライブラリを有すること。