E　画像情報を動画サーバーにＤＩＣＯＭ転送できること。
F　高解像度の画像が得られること。
G　血管撮影装置専用のワークステーションを有すること。
H　心腔内電極カテーテル三次元画像システムを有すること。
I　カーディアックスティムレータを有すること。
J　造影剤自動注入装置を２台有すること。
K　大動脈内バルーンポンプシステム（ＩＡＢＰ）を有すること。
L　血管内イメージングシステム（ＯＣＴ）を有すること。
M　除細動装置を２台有すること。
N　心腔内除細動システムを有すること。
O　アブレーション装置を有すること。
P　血液凝固計装置を２台有すること。
Q　動画像管理システムを有すること。
R　無停電電源装置を有すること。
S　保守サービス体制が整っていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年５月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒036―8563 弘前市本町53　弘前大学医学部附属病院経理調達課　調達担当　村田　雅明　電話0172―39―5197
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年３月21日から平成25年５月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月27日13時00分
⑵　開催場所　弘前大学医学部附属病院大会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Biplane Cardiac Angiography 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Be taken to respond to the diagnosis and treatment of blood vessels is possible.
B　The flat panel X-ray detector by tech plane, which is held on the C-arm Having a master.
C　The X-ray detection system is a system that indirect conversion flat panel.
D　This device complies with DICOM, connection of main hospital information management system (HIS), and Department of Radiology Information System (RIS), to be able to communicate patient information passing, shooting information, such as information about exposure management.
E　Can be transferred to the server DCOM image information.
F　High-resolution images that can be obtained.
G　Having a dedicated workstation angiography equipment.
H　Having a three-dimensional imaging system intracardiac electrode catheter.
I　Having a cardiac Stimulator.
J　Having two automatic injector contrast agent.
K　Having a (IABP) intra-aortic balloon pump system.
L　Having a (OCT) Intravascular imaging system.
M　Having two defibrillation device.
N　Having a defibrillation system of the heart.
O　Having an ablation device.
P　Having two gauge device blood coagulation.
Q　Having a moving image management system.
R　Having an uninterruptible power supply.
S　Maintenance service system that is in place.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, May, 2013
⑹　Contact point for the notice : Masaaki Murata, Accounting Procurement Division, Hirosaki University Hospital, 53 Hon-cho Hirosaki-shi 036―8563 Japan, TEL 0172―39―5197

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 25 年３月 21 日
国立大学法人弘前大学
契約担当役　医学部附属病院長　藤　　哲
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　02

○第５号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　診断用Ｘ線装置一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　空間分解能・濃度分解能に優れたＸ線画像が得られること。
B　Ｘ線検出器はフラットパネルであること。
C　デジタルトモシンセシスおよび造影トモシンセシス機能を有すること。
D　距離計測可能な高精度長尺撮影機能を有すること。
E　既存ＦＣＲシステムを制御可能な機能を有すること。
F　無線式フラットパネルでの撮影ができる回診用撮影装置を有すること。
G　画像情報をＤＩＣＯＭで転送可能であること。
H　病院情報管理システム（ＨＩＳ）および放射線情報システム（ＲＩＳ）と連動すること。
I　装置保守管理のための測定機器を加えること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年５月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒036―8563 弘前市本町53　弘前大学医学部附属病院経理調達課　調達担当　村田　雅明　電話0172―39―5197
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年３月21日から平成25年５月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月27日13時30分
⑵　開催場所　弘前大学医学部附属病院大会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Diagnostic X-rays Apparatus 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system should provide digital images with excellent spatial resolution and excellent density resolution.
B　he system should have a flat panel detector for the X-ray detector.
C　The system should have a function of digital tomosynthesis and enhanced tomosynthesis imaging.
D　The system should have a highly accurate long distance imaging with a function of distance measurement.
E　The system should have a function that could control the existing FCR system.
F　The system should have a mobile imaging apparatus with a radio-type flat panel detector.