G　The system should be capable of fast data transmission of digital images via DICOM standards.
H　The system should work in cooperation with hospital information system (HIS) and radiology information system (RIS).
I　The system should have a measuring equipment for device maintenance managements.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, May, 2013
⑹　Contact point for the notice : Masaaki Murata, Accounting Procurement Division, Hirosaki University Hospital, 53 Hon-cho Hirosaki-shi 036―8563 Japan, TEL 0172―39―5197

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年3月21日
国立大学法人京都大学長　松本　紘
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第６号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
手術支援３ＴＭＲＩ診断システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ＭＲ装置は３テスラ以上の静磁場強度を備えていること。
B　高感度、高分解能で撮像できる頭部・頸部・体幹用アレーコイルと対応したマルチチャンネルシステムを備えていること。
C　精度の高いデータを得るため、高い磁場均一性及び最適なＲＦ制御機構を備えていること。
D　脳や頭頸部、躯幹部の術中ＭＲＩ撮像に対応した固定や清潔を確保可能なシステムであること。
E　ＭＲＩ対応の麻酔システムを備えていること。
F　術前画像と対比して補正可能な処理ソフトを有すること。
G　ＭＲ観察下で超音波等による治療を経時観察できるとともに、高精度で温度変化を計測できること。
H　検査、治療の支援に必要なナビゲーションを含めた検査関連機器を含むこと。
I　脳機能に対する賦活の為の周辺器材の設置性や、被検者への検査環境の向上を考慮されていること。
J　脳機能画像の撮像や処理、画像解析の為の画像転送の各機能を有すること。
K　脳機能画像を得るために必要な周辺器材を備えていること。
L　取得された画像データの信頼性と精度を考慮し、国内において脳機能研究に使用されている実績がある装置であること。
M　データの保管及び配信ができること。
N　当院の画像サーバ及び放射線情報システムと接続し、情報の受け渡しができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年５月７日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒606―8507 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学医学部附属病院経理・調達課契約掛　伊勢本　崇　電話075―751―3025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年３月21日から平成25年５月７日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年４月４日11時00分
⑵　開催場所　京都大学医学部附属病院会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Intraoperative 3TMRI diagnostic imaging system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The field strength of the magnet must be 3.0 T or more.
B　Include multichannel system corresponding to the surface head, neck and body array coils for achieving high sensitivity and high resolution brain imaging.
C　Have the high magnetic uniformity and appropriate RF control systems for acquiring high quality data.
D　Include fixation and cleanliness of head, neck and body for MR scanning.
E　Have the anesthesia system available in high magnetic field.
F　Have the software to calculate and correct the images referring to preoperative images.
G　Include the system to precisely measure the target temperature and to scan MR images under ultrasonic therapy.
H　These systems may include navigation system and other examination equipment required for testing.
I　The system must be available for the peripheral devices for the functional brain imaging, and comfortable for human subjects.
J　Have the function for brain imaging and processing, and for data transfer for analysis.
K　Have the peripheral devices necessary for functional brain imaging.
L　The system should have been installed in Japan for demonstrating its confidence and quality of the imaging data.
M　These systems can storage and send the images.
N　These systems connect to hospital's network image server and radiological information system, its information can be transferred each other.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 7, May, 2013
⑹　Contact point for the notice : Takashi Isemoto, Contract Section, Accounting and Procurement Division, Kyoto University Hospital, 54 Kawahara-cho Shogoin Sakyo-ku Kyoto-shi 606―8507 Japan, TEL 075―751―3025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年3月21日
国立大学法人京都工芸繊維大学長
古山　正雄
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第１号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量
情報基盤計算機システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　サーバ機器、端末機器、プリンタ機器及びプレゼンテーション機器などから構成され、ライセンス管理、統合電子メール、統合認証、統合運用管理、ｅ―Learningならびに、情報工学教育、事務及び図書館のサービス機能を一元的に提供し、複数部局による運用管理が可能なシステムであること。
B　すべての機器は、省スペースかつ省エネルギーに配慮されていること。
C　サーバ機器は、物理ハードウェアの数に依存しないＯＳインスタンスを動的に増減させて稼働させることが可能な構成であり、かつ、その一部を仮想化に非対応なアプリケーションでも利用可能な構成であること。なお、サーバ機器のストレージ領域およびバックアップ領域は、集中管理かつ分散配置が可能な構成が望ましい。
D　サーバ機器で提供するサービスは、複数のＯＳインスタンスで負荷分散かつ冗長構成をとるなどして、複数のユーザが同時に利用する高負荷時においても十分な性能を発揮できる、高性能かつ高信頼性を持たせることが可能な構成であること。
E　サーバ機器とそれらを相互に接続するネットワーク機器は、ライブマイグレーション機能と連携するなどして、ホットスワップや冗長化電源、無停電電源装置などの高可用性かつ高信頼性をもつ構成であること。