④ The products can be connected with existing equipment in the hospital such as hospital Information System, Radiology Information System, Image Workstation, QA Workstation, PACS and so on.

⑤ The supplier of the products shall provide suitable after-sales service and timely user support.

⑸ Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. April 30, 2013

⑹ Contact point for the notice : Morimasa Fujita, Director, Accounting Division, National Hospital Oraganization, Shizuoka Medical Center, 762―1 Nagasawa Shimizucho Sunto-gun, Shizuoka-ken 411―8611, Japan. TEL 055―975―2000 ext. 1031

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年3月29日

独立行政法人国立病院機構

静岡医療センター院長　小嶋　俊一

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　22

○第07002号（№07002）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　生体情報モニタリングシステム　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　平成25年度第３・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　ベッドサイドで得られた多人数・多現象の生体情報をスタッフステーションで集中管理できること。

②　ベッドサイドで心電図・呼吸数・血圧等の多現象の生体情報が監視できること。

③　心電図・呼吸数・血圧等をセントラルモニタに送信し、データの監視・保存ができ、患者のケアに有効に利用できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年４月30日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒411―8611 静岡県駿東郡清水町長沢762―１　独立行政法人国立病院機構静岡医療センター企画課長　藤田　守正　電話055―975―2000　内線1031

3　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

4　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Patient Monitoring System 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　Vital information for multiple patients measured by bedside montitors can be centrally managed at a staff station.

②　ECG waveform, respirarory rate, blood pressure, and other vital information can be monitored by bedside monitors.

③　ECG waveform, respirarory rate, blood pressure and other vital information can be transferred to the central monitor, and can be monitored and recorded for the porpose of good patient care and effective medical education.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. April 30, 2013

⑹　Contact point for the notice : Morimasa Fujita, Director, Accounting Division, National Hospital Oraganization, Shizuoka Medical Center, 762―1 Nagasawa Shimizucho Sunto-gun, Shizuoka-ken 411―8611, Japan. TEL 055―975―2000 ext. 1031

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年3月29日

国立大学法人岐阜大学理事　杉戸　真太

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　21

○第４号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　血管造影検査・治療システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　心血管造影検査・治療システム

ａ　循環器疾患の診断・治療に対応した同時正側２方向撮像可能なシステムであること。

ｂ　Ｘ線変換効率、濃度分解能が高いフラットパネルディテクタ搭載装置であること。

ｃ　Ｘ線高電圧装置とＸ線管装置は長時間の血管内治療にて高出力を出せること。

ｄ　デジタル画像処理システムは、血管内治療を支援する機能や解析機能を有する装置であること。

ｅ　必要に応じて、下肢血管の造影検査や治療が可能なこと。

ｆ　既存の医療情報システムと連携できること。

B　ＣＴガイド下検査・治療システム

ａ　全身の血管および非血管の診断・治療に対応できるシステムであること。

ｂ　Ｘ線変換効率、濃度分解能が高いフラットパネルディテクタ搭載装置であること。

ｃ　Ｘ線高電圧装置とＸ線管装置は長時間の血管内治療にて高出力を出せること。

ｄ　ＩＶＲ―ＣＴシステムとして、Ｘ線アンギオ装置と多列Ｘ線ＣＴ装置を備え、共通の検査寝台においてシステム連携のもと検査と治療が行えること。

ｅ　医療Ｘ線被ばくを低減する機構と機能を有すること。

ｆ　既存の医療情報システムと連携できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年５月14日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒501―1194 岐阜市柳戸１番１　岐阜大学医学部附属病院総務課調達係　西脇　学　電話058―230―6035

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年３月29日から平成25年５月14日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年４月11日10時00分

⑵　開催場所　岐阜大学医学部１階事務部会議室（入札室）

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Angiography and Interventional Radiography System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Cardiac Angiography System

ａ　System must be applicable for interventional cardiology, and have simultaneous acquisition with both floor-stand and ceiling mounted stand.

ｂ　That should be a system equipped with two flat panel detectors (FD) with high X-ray quantum conversion ratio and high contrast resolution.

ｃ　That should be a X-ray generators and a X-ray tubes to provide a high power output for endovascular treatment for a long time.

ｄ　Digital image processing system provides interventional support function and analysis function.

ｅ　Peripheral intervention can be provided as necessary.

ｆ　The system must have connective capability with the exsting hospital information system.

B　CT Fluoroscopy System

ａ　Applicable with systemic vascular and non-vascular intervention.

ｂ　That should be a system equipped with two flat panel detectors (FD) with high X-ray quantum conversion ratio and high contrast resolution.