e　Shared storage must have sufficient size and transfer speed to used as shared storage of the whole graduate school. The shared storage must be more than 500 TB.

f　A UNIX-like operating system, preferably Linux, must be provided.

B　“Cloud” must satisfy the following specifications for software environment :

a　Compilers for Java, Fortran90, C, and C＋＋, which support OpenMP API, must be provided.

b　The communication library MPI2.0 should be provided. MPI2.1 is preferable.

c　The user may remotely access the system and transfer data to the system via a high speed network.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 13, May, 2013

⑹　Contact point for the notice : Katsuhiro Kinoshita, Supplies Section, Finance Division, Administration Office of the School of Engineering and Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8656 Japan, TEL 03―5841―7163

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年4月1日

国立大学法人神戸大学

契約担当役　理事　竹園　充夫

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　28

○第１号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　総合滅菌システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度11月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　医療器材を高圧蒸気による滅菌を行えること。

B　医療器材をエチレンオキサイドガスによる滅菌を行えること。

C　医療器材をプラズマによる滅菌を行えること。

D　医療器材を収納できるコンテナ及びコンテナを搬送できるカートを備えていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年5月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒650―0017　神戸市中央区楠町7－5－1　神戸大学医学部管理課病院契約係　吉田　靖　電話078―382―5120

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年4月1日から平成25年5月17日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年4月11日14時30分

⑵　開催場所　神戸大学医学部管理棟入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : General sterilization system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Must have sterilize medical equipment parts with high pressure steam.

B　Must have sterilize medical equipment parts with ethylene oxide gas.

C　Must perform sterilization with the plasma with medical equipment parts.

D　Must comprise the cart which can transport the container which can hold medical equipment parts and a container.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 17, May, 2013

⑹　Contact point for the notice : Yoshida Yasushi, Procurement Section, Accounting Division, Kobe University Hospital, 7―5―1 Kusunoki-cho Chuo-ku Kobe-shi 650―0017 Japan, TEL 078―382―5120

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年4月1日

国立大学法人鳥取大学長　豊島　良太

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　31

○第１号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　デジタルイメージングシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度3月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　単純X線撮影装置

a　長尺撮影、トモシンセシスなど最新のアプリケーションが搭載されていること。

b　ワイヤレス型の平面型X線検出器を装備できること。

c　様々な病態の患者に対応できるシステムであること。

d　検像システムを有していること。

e　導入後のバージョンアップで最新装置と同等な機能を装備できること。

f　日常やまたは定期的な品質管理、精度管理ができるような装置、装備を有すること。

g　リモートや保守サービス体制を有し、メンテナンス対応が迅速であること。

h　既設のＲＩＳ、ＨＩＳ、ＰＡＣＳに接続可能で撮影業務の効率化が図れること。

i　研究に対するサポートができること。

B　単純X線撮影装置（小児撮影系）

a　ワイヤレス型の平面型X線検出器を装備できること。

b　X線発生の遅延時間が極めて短いこと。

c　日常やまたは定期的な品質管理、精度管理ができるような装置、装備を有すること。

d　リモートや保守サービス体制を有し、メンテナンス対応が迅速であること。

e　既設のＲＩＳ、ＨＩＳ、ＰＡＣＳに接続可能で撮影業務の効率化が図れること。

C　パノラマ・セファロX線撮影装置

a　コーンビームＣＴ（ＣＢＣＴ）を有していること。

b　パノラマ撮影、セファログラフィ、ＣＢＣＴが1台の装置で完結できること。

c　セファログラフィはワンショット撮影であること。

d　安全センサを有していること。

e　画像処理用ワークステーションを有していること。

f　1台のコンソールで全ての操作を集約できること。

g　日常やまたは定期的な品質管理、精度管理ができるような装置、装備を有すること。

h　リモートや保守サービス体制を有し、メンテナンス対応が迅速であること。

i　既設のＲＩＳ、ＨＩＳ、ＰＡＣＳに接続可能で撮影業務の効率化が図れること。

D　デンタル撮影装置

a　出力される画像は全てディジタル画像であること。

b　数種類のフィルムサイズを有すること。

c　撮影時、多方向に向けられるX線管であること。

d　暗室操作が不要であること。

e　撮影後、画像の確認を素早く行うことができること。

f　リモートや保守サービス体制を有し、メンテナンス対応が迅速であること。

g　既設のＲＩＳ、ＨＩＳ、ＰＡＣＳに接続可能で撮影業務の効率化が図れること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年5月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒683―8504 米子市西町36―1　鳥取大学医学部経理・調達課病院調達係　浦田　明宏　電話0859―38―7087