⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　患者用ベッドは、診療・看護を行う上で必要な以下のベッドから構成されること。
１）一般用電動ベッド
２）小児用ベッド
３）ＩＣＵベッド
４）スケール付電動ベッド
Ｂ　一般用電動ベッドは、電動ベッド、マットレス、ベッドサイドレール、及びベッドサイドテーブルから構成され、必要に応じて背上げ、膝上げ、高低の操作ができること。
Ｃ　小児用ベッドは、ベッド（ベッド柵を装備）及びマットレスから構成され、必要に応じて背上げ、膝上げ及び高低の操作ができること。
Ｄ　ＩＣＵベッドは、電動ベッド（デジタルスケールを装備）及びマットレスで構成され、必要に応じて座位姿勢、背上げ、膝上げ及び高低の操作ができること。
Ｅ　スケール付ベッドは、電動ベッド（デジタルスケール装備）及びマットレス、ベッドサイドレールから構成され、必要に応じて背上げ、膝上げ及び高低の操作ができること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年５月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達室調達第一係長　菊地　　崇　電話022―217―4869
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年４月８日から平成25年５月24日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年４月17日15時00分
⑵　開催場所　東北大学病院仮管理棟４階第１会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 4, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Beds for patients 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Types of beds for patients are the following from a medical and nursing standpoint :
１）Motorized beds for general adult patients
２）Pediatric beds
３）Beds in the intensive care unit
４）Beds with digital scale
B　Each motorized bed for general adult patients consists of a motorized bedframe, a mattress, bedside rails in both sides, and a bedside table. The back angle, the knee angle, and the height of the bedframe must be adjusted when necessary.
C　Each pediatric bed consists of a bedframe with fence in all sides, and a mattress. The back angle, the knee angle, and the height of the bedframe must be adjusted when necessary.
D　Each bed in the intensive care units consists of a motorized bedframe with digital scale, a mattress, bedside rails, and a bedside table. The back angle, the knee angle, and the height of the bedframe must be adjusted when necessary.
E　Each bed with digital scale must consist of a motorized with digital scale, a mattress, and bedside rails in both sides. The back angle, the knee angle, and the height of the bedframe must be adjusted when necessary.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 24, May, 2013
⑹　Contact point for the notice : Takashi Kikuchi, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年４月８日
国立大学法人千葉大学契約担当役
事務局長　池田　輝司
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　12
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
Ｏｐｅｎ　ＭＲＩ　システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度７月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　撮影室は、Ｏｐｅｎ　ＭＲＩ磁石、磁場対応テーブル、空調設備、照明設備を備えていること。
②　撮影室は通常の実験室を転用するため，ＭＲＩの荷重に耐えられるように必要に応じて補強すること。
③　撮影室は、撮影画像に外乱を与えないように外部からの雑音電磁波を遮断するとともに，ＭＲＩが送信する電磁波が外部に漏れないように遮断するための電磁波シールドを備えていること。また、この電磁波シールドには扉がついており、出入りが簡単にできること。
④　撮影対象に応じて最適な画質が得られるように、複数の受信コイルを備えていること。
⑤　撮影室は、撮影中であっても室内を直接覗くことができる電磁波シールドが施された窓を備えているとともに、窓から見えない場所については、カメラで監視することができること。また、撮影室内と外部とは、マイク・スピーカーを通して会話が可能になっていること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年５月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒263―8522　千葉市稲毛区弥生町１―33　千葉大学財務部契約課契約第二グループ　土屋　俊和　電話043―290―2227
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年４月８日から平成25年５月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年４月15日10時00分
⑵　開催場所　フロンティアメディカル工学研究開発センターＢ棟２階　203会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Open MRI system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The magnetic resonance imaging (MRI) room is comprised of Open MRI magnet, MRI compatible table, air conditioner and lighting facility.
②　The MRI room is additionally strengthed if the MRI is overweight.
③　The MRI room facilitates radio frequency shielding with a door to cut off external electromagnetic noises and to prevent radio frequency irradiation by the MRI.
④　The MRI is equipped with several kinds of receiver coils to optimize the image quality according to the size of the inspection objects.
⑤　The MRI room is equipped with a electromagnetically shielded window, a monitoring camera, and a two-way audio communication tool.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 27, May, 2013