⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　ＲＡＬＳ装置のハード及びソフトウェアを更新し、放射線情報システム（ＲＩＳ）、治療計画装置（ＯＮＣＥＮＴＲＡ）及び画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）と接続し、情報管理システムを整備すること。
Ｂ　ＲＡＬＳの放射線治療においても高精度放射線治療の必要性が高まっており、治療線源位置確認や治療計画時の画像データ取得が可能であること。また、ＲＩＳ、ＯＮＣＥＮＴＲＡ及びＰＡＣＳと接続し、情報管理システムとの接続を行うこと。
Ｃ　前立腺密封小線源療法治療器具を更新し、治療中の予期しない装置トラブルにも対応すること。
Ｄ　生検機能を装備した乳房撮影装置を更新し、フルデジタルでの画像を取得でき、診断専用の画像表示装置を有し、ＰＡＣＳでの画像管理を行うこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年６月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890―8520 鹿児島市桜ケ丘８―35―１　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院管理課調達係　川﨑　武志　電話099―275―5045
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月13日から平成25年６月28日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年６月３日14時00分
⑵　開催場所　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院管理棟第三会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Radiological diagnosis and treatment system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system should have the renewed hard and software RALS apparatus, connect RIS, ONCENTRA and PACS, and adjust the information management system.
B　The system should enable to confirm the radiation source and get the imaging data for treatment planning on RALS which is required a highly accurate radiation therapy and connect the information management system including RIS, ONCENTRA and PACS.
C　The system should renew the brachytherapy equipment for prostate and cope well with unexpected machine troubles.
D　The radiological diagnosis and treatment system should include the renewed X-ray mammography apparatus which has the functions of full digital imaging and biopsy and connects PACS.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 28, June, 2013
⑹　Contact point for the notice : Takeshi Kawasaki, Procurement Section, Administrative Division, Kagoshima University Medical and Dental Hospital, 8―35―1 Sakuragaoka Kagoshima-shi 890―8520 Japan, TEL 099―275―5045

○第４号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　産業動物高度画像診断システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　超伝導マグネットで1.5Ｔ又は３Ｔ以上の磁場強度を有し、高分解能撮影及び機能検査に対応可能なこと。
Ｂ　画像再構成などの画像処理を高速で行えること。
Ｃ　撮影中に患畜である産業動物および検査関係者の安全性が保たれるシステムであること。
Ｄ　撮影業務の効率化と産業動物の搬入の利便性・安全性を図るため、既存施設の改修を行うこと。
Ｅ　動物病院の既存の画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）および電子カルテシステムと接続可能であること。
Ｆ　既設のＣＴスキャナー及び新設予定の大動物撮影用ＣＴスキャナーと干渉しないこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年６月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890―0065 鹿児島市郡元１―21―24　鹿児島大学農学部・共同獣医学部等総務課契約係　若林久美子　電話099―285―3083
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月13日から平成25年６月12日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年５月27日10時00分
⑵　開催場所　鹿児島大学農・獣医共通棟３階中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Advanced diagnostic imaging system for livestock 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system has a superconducting magnet of 1.5 or 3.0 or more tesla with a high-resolution, and functional imaging scan is available.
B　The system has a high performance for digital image processing such as reconstruction.
C　The system is operated with the security for the live stock patients and the system operators.
D　The existing facilities where this system will be build is improved to facilitate the efficiency of imaging scan, and the safety and the accessibility of the livestock animals tested.
E　The system is accessible to connect the PACS (picture archiving and communication system) network and the computerized medical records system in the Kagoshima University Veterinary Teaching Hospital.
F　The system does not interfere with existing CT scanner system. Furthermore, the system does not interfere with the diagnostic radiographic device (Computed tomography : CT／radiography) system which will be installed in the near future for the livestock.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 12, June, 2013
⑹　Contact point for the notice : Kumiko Wakabayashi, Contract Section, General Affairs Division, Administrative Office for Faculty of Agriculture and Joint Faculty of Veterinary Medicine, Kagoshima University, 1―21―24 Korimoto Kagoshima-shi 890―0065 Japan, TEL 099―285―3083

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 25 年５月 13 日
人事院事務総局会計課長　井上　勝則
◎調達機関番号　006　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　14、71、27
⑵　調達件名及び数量
人事院ＬＡＮ用パーソナルコンピュータの借入及び保守　一式