⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　本システムはＧＰＵを搭載した高速計算機群、管理装置、二次記憶装置からなること。
　B　高速計算機群はクラスタ構成であり、高速計算機間は高速なデータ転送が可能であるこ。
　C　構成員がＧＰＵ／ＣＰＵ計算を行うためのソフトウェアを利用できること。
　D　本システムは本システム内のみで完結したネットワークを構築するが、管理装置のみ外部ネットワークに接続できること。
　E　十分に信頼性が高く、安定な運用が可能なシステムであること。
　F　システム障害時の保守は柔軟で迅速な体制を備えていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年７月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒783―8508 高知県南国市物部乙200番１　高知工業高等専門学校総務課　竹下　　佳　電話088―864―5613
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月21日から平成25年７月１日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年５月28日14時00分
⑵　開催場所　高知工業高等専門学校会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Computer cluster 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　The system consists of a gateway server, some hight performance computers and a secondary storage.
　B　The system is a cluster computer system equipped with hight-speed network for data transfer among nodes.
　C　Some softwares must be needed to use CPU and GPU.
　D　Network is composed of nodes. And, the gateway server has a network port to connect internet.
　E　The system must be reliable enough and must stable operation.
　F　The provider of the system must have supporting and maintaining services upon system failure.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 1, July, 2013
⑹　Contact point for the notice : Kei Takeshita, General Administration Division, Kochi National College of Technology, 200―1 Otu Monobe Nankoku-shi 783―8508 Japan, TEL 088―864―5613

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 25 年５月 21 日
国立大学法人北海道大学総長　山口　佳三
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01

○第２号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　全身用Ｘ線ＣＴ検査システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成26年度６月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　全身の形態診断及び機能診断のためのＣＴ画像が取得できること。
　B　時間分解能・空間分解能の良い画像を取得するため128列以上の検出器を備えていること。
　C　診断のための各種画像解析及び機能解析ができる機能を有すること。
　D　画像情報の保管及び配信ができること。
　E　当院の放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。
　F　医療機器として安全性が考慮されていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒060―8648 札幌市北区北14条西５丁目　北海道大学病院管理課用度第一係　林　　寛　電話011―706―7401
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月21日から平成25年７月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年５月28日15時00分
⑵　開催場所　北海道大学病院管理課入札室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Whole body X-ray computed tomography system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　The system must allow acquisition of CT images of the whole body for diagnosis by anatomical and functional means.
　B　The system must be equipped with a minimum of 128 detectors to allow image acquisition with high temporal and spatial resolution.
　C　The system must enable image analysis, including functional analysis, for diagnosis.
　D　The system must be capable of archiving and distributing the image data.
　E　The system must have connections with the hospital's radiology and hospital information systems, and must allow communication of images and order information.
　F　The system must be safe enough for application as medical equipment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, July, 2013
⑹　Contact point for the notice : HAYASHI Yutaka, supplies Ｉ Section, Financial Division, Hokkaido University Hospital, Kita 14 Nishi 5 Kita-ku Sapporo-shi 060―8648 Japan, TEL 011―706―7401

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 25 年５月 21 日
国立大学法人北海道大学総長　山口　佳三
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01

○第３号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＭＲＩ画像診断システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　平成26年度７月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　A　全身の形態診断及び機能診断のためのＭＲＩ画像が取得できること。
　B　静磁場が1.5Ｔ以上の超伝導コイルを備え、空間分解能に優れていること。
　C　全身の機能画像（拡散強調画像、ＭＲＳ等）を取得できること。
　D　動脈ラベル標識(arterial spin labeling：ＡＳＬ）法を用いた撮像が行えること。
　E　画像情報の保管及び配信ができること。
　F　当院の放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。
　G　医療機器として安全性が考慮されていること。