⑷ Basic requirements of the procurement :
A Patient monitor
a The system should be suitable for any patient ranging from neonates to adults.
b Required parameters are at least : ECG, Blood Pressure, Non-invasive Blood Pressure, Anesthesia Gas Concentration, SpO2, and Body Temperature.
c The system should be able to take data from external equipment such as a cardiac output flowmeter and to display these data.
d The system should be connected to the existing anesthesia chart system (ORSYS).
⑸ Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, July, 2013
⑹ Contact point for the notice : Shinichi Sato, Associate Head, Division of Finance, Department of University Hospital Management, University of Tsukuba, 2―1―1 Amakubo Tsukuba-shi 305―8576 Japan, TEL 029―853―3586

○第３号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　陽子線治療計画用ＣＴシミュレーター　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　ＣＴ装置本体は以下の要件を満たしていること
ａ　マルチスライス型ＣＴであること。
ｂ　16スライス以上を同時撮影可能なこと。
ｃ　フルスキャン再構成で最速0.5秒以下の時間分解能があること。
ｄ　ガントリー開口径800㎜以上であること。
ｅ　呼吸同期４ＤＣＴ撮影が可能なこと。
ｆ　大学病院既設のＲＩＳおよびＰＡＣＳに接続すること。
Ｂ　高精度陽子線治療を実施するために必要な以下の周辺機器を有すること
ａ　呼吸同期装置
ｂ　ＣＴファントム
ｃ　造影剤注入器及び造影剤保温機
ｄ　ＣＴワークステーション
ｅ　治療計画支援装置
ｆ　既存の陽子線治療ＤＢに追加する患者校正値書き込み機能
ｇ　既存の陽子線治療装置に接続可能な陽子線治療計画装置
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒305―8576 つくば市天久保２丁目１番地の１　国立大学法人筑波大学病院総務部管理課副課長　佐藤　慎一　電話029―853―3586
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月21日から平成25年７月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年６月７日15時00分
⑵　開催場所　国立大学法人筑波大学附属病院Ｂ棟２階第１会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : CT simulator for proton treatment planning 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A CT system must have equipment and function described below.
a The system must have multi-slice detector.
b The system must scan over 16 slices at the same time during one rotation.
c Scan time must be less than 0.5 second per full scanning.
d The bore of CT scanner must be more than 800 ㎜ diameter.
e The respiratory gated 4DCT scanning must be possible.
f The system must be connected to RIS and PACS in our hospital.
B The peripheral devices and functions described below must be included to support high precision proton therapy.
a Respiration gating system.
b CT phantom.
c Contrast media injection system and contrast media warmer system.
d CT workstation.
e Treatment planning support system.
f The additional function to input MU into the existing proton therapy DB.
g Treatment planning system connectable with the existing proton therapy system.
⑸ Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 8, July, 2013
⑹ Contact point for the notice : Shinichi Sato, Associate Head, Division of Finance, Department of University Hospital Management, University of Tsukuba, 2―1―1 Amakubo Tsukuba-shi 305―8576 Japan, TEL 029―853―3586

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 25 年５月 21 日
国立大学法人金沢大学長　中村　信一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　17

○第２号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
放射線画像情報統合管理システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　要求システムは、現行システムで実現されている機能を全て継承可能なハードウェア構成であること。また、放射線部門業務の更なる効率化を実現し、患者サービス及び医療安全対策に寄与するシステムであること。
Ｂ　要求システムは、病院情報システムとの連携に関する仕様、既存の撮影装置及び放射線治療装置との接続に関する仕様を継承すること。
Ｃ　要求システムは、既存のサブシステム（動画サーバー、画像解析処理システム、放射線治療情報管理システム等）を、ユーザーがシームレスに利用できる環境を提供すること。
Ｄ　要求システムは、ネットワークシステムも含め、十分なセキュリティ管理機能と障害対策機能を有していること。
Ｅ　要求システムは、ネットワークシステムも含め、連続無停止稼働が可能な性能を有していること。
Ｆ　要求システム全体の保守管理体制と操作訓練体制を有していること。
Ｇ　将来的に要求システムからのデータ移行が必要となった場合、そのために必要となる技術的な情報を開示すること。また、本学の許可した第三者がこの情報を利用することを認めること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒920―8641 金沢市宝町13―１
金沢大学病院部経営管理課調達管理係長　向　英則　電話076―265―2067
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月21日から平成25年７月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。