○第 25―1002 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　自動細胞分離解析装置　三式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件　セルソーター細胞を蛍光物質でラベルすることで区別化し、生きたままの細胞を分取できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年７月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　斉藤恵美子　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年６月４日から平成25年７月５日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年６月20日15時00分

⑵　開催場所　〒606―8507 京都府京都市左京区聖護院川原町53　京都大学ｉＰＳ細胞研究所　講堂

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Fluorescent cell sorting and analysis system 3 Sets

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement : CELL SORTER The cell sorter should be capable of precise sorting of fluorescence-labeled cells, where the cells stay alive after sorting.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, July, 2013

⑹　Contact point for the notice : Emiko Saito, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K's Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446

○第 25―1003 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　高速ゲノム解析シークエンサーシステム　二式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件

Ａ　ライブラリ作製装置　アダプター配列が付加されたＤＮＡフラグメントを鋳型にして、単一の分子から1000コピーのクラスターを作製できること。反応は５時間以内で終了すること。

Ｂ　超並列シークエンサー　鋳型となるＤＮＡフラグメントを単一方向ならびに双方向からシーケンシングできること。一度のランで６兆塩基の配列を２週間以内に決定できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年７月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　関　　康江　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年６月４日から平成25年７月５日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年６月20日16時00分

⑵　開催場所　〒606―8507 京都府京都市左京区聖護院川原町53　京都大学ｉＰＳ細胞研究所　講堂

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High-performance sequencer system for genome analysis, 2 SET

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

Ａ　Cluster generator The cluster generator for massively parallel sequencer is an automated system, which creates clonal clusters with 1000 copies from single molecule DNA templates to which adapter sequences are attached. The time for reaction that generates clusters is within 5 hours.

Ｂ　Massively parallel sequencer Both single-end and paired-end modes are available for sequencing of DNA fragment templates. The sequencer generates images of 600 G base within 2 weeks in one run.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, July, 2013

⑹　Contact point for the notice : Yasue Seki, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K's Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446

○第 25―1004 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　セルプロセッシング・アイソレーター　四式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件　ＧＭＰグレードでｉＰＳ細胞由来神経幹細胞を作製するためのセルプロセッシング・アイソレーター・システム、このシステムにはアイソレーター本体、それに付属する細胞培養モジュール、細胞観察モジュール、遠心分離モジュールが含まれる。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年７月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　平野　康幸　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年６月４日から平成25年７月５日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年６月20日10時00分

⑵　開催場所　〒554―0022 大阪府大阪市此花区春日出中３丁目１―98　大日本住友製薬株式会社大阪研究所　８号館１階112会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Cell Processing isolator system. 4 sets

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement : The cell processing isolator systems those are used for the production of GMP (Good Manufacturing Practice)-grade iPS-derived neural stem cells. Each system includes a cell processing isolator, a cell culture module, a cell observation module, and a centrifuge module.