⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, July, 2013
⑹　Contact point for the notice : Tatsuo Ashizaki, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K's Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446

○第 25―1008 号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　動物用ＰＥＴ／ＣＴシステム　二式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的要求要件
Ａ　ＰＥＴ／ＣＴイメージングシステム
１）生きたままの生物個体（麻酔下のマウス・ラット、麻酔下もしくは覚醒下のマカクサル）において、その臓器あるいは腫瘍などの大きさ、脳や組織の活動の変化をポジトロン標識化合物によりモニターできること。
２）ＰＥＴ／ＣＴシステムのボアサイズは25㎝以上あること
３）ＰＥＴシステムのＡｘｉａｌ　ＦＯＶは14㎝以上であること
４）可動式のガントリー部分を有し、同一装置でサルの水平位と座位、体位で測定ができること。
５）ガントリーにタッチスクリーンを付属し、ガントリーの回転、ポジションの制御が行えること。
６）ＤＯＩ技術が採用された検出器クリスタルであること。
７）ＰＳＦ技術を用いた画像再構成を行えること。
８）安全装置を有し、実験の停止が即座に行えること
Ｂ　画像再構成用ワークステーション
１）ＰＥＴデータをリアルタイムに３Ｄ再構築できること
２）ＰＥＴ、ＣＴ画像をそれぞれ定量的に解析し、重ね合わせ画像（フュージョン画像）を作成できること。
３）ＤＩＣＯＭサーバー機能を持つこと。
Ｃ　校正・定量性管理用ファントムセット
１）ＰＥＴおよびＣＴで定量測定するための校正・定量性管理用ファントム、並びに視覚的空間解像度評価のためのファントムを備えること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年７月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ's五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　小林　啓一　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年６月４日から平成25年７月５日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年６月19日13時00分
⑵　開催場所　〒650―0047 兵庫県神戸市中央区港島南町２―２―３　理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター　Ａ棟７階セミナー室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Animal PET／CT system 2 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　PET／CT imaging system
１）The system should visualize organs, tumors, brain or tissue activity in living animals including anesthetized mice and rats, anesthetized and／or unanesthetized macaque monkeys, to monitor changes in sizes, functions, and others, by positron labeled molecular probe.
２）The bore size of this PET／CT system should be over 25㎝.
３）The Axial FOV of this PET system should be over 14㎝.
４）The PET gantry should be movable and performed lying and sitting position for living animals.
５）Touch screen monitor on the gantry which allows the user to control bed movements, gantry rotation, positioning.
６）The crystal of the PET detector is equipped with DOI technology.
７）The PSF technology should be available.
８）Safety switches allow immediate stop of the examination
B　Workstation for Image Reconstruction
１）The workstation should process real time data acquisition-processing for 3D reconstruction of PET images.
２）The software also enables to analyze, quantify and make fusion images of PET and CT.
３）DICOM server function should be equipped.
C　Phantom sets for calibration and quality control of quantification
１）For quantification of of PET and CT, it includes calibration and quality-control phantoms. In addition, it includes resolution phantom to do visual verification of spatial resolution.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, July, 2013
⑹　Contact point for the notice : Keiichi Kobayashi, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K's Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年６月４日
独立行政法人国立病院機構
弘前病院長　佐藤　年信
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　02

○第 00803 号（№00803）

1　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　導入計画物品及び数量　病院情報システム１式及びシステム保守業務委託
⑶　調達方法　購入
⑷　導入予定時期　平成26年度第２四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　本システムは独立行政法人国立病院機構弘前病院における診療業務及び経営管理業務を統合的に支援するためのもので、電子カルテ・オーダリングシステム、部門システム（医事会計システム、看護支援システム、臨床・細菌・病理検査システム、放射線管理システム、リハビリシステム、栄養管理（給食）システム等）の業務全般にわたり統合的に管理、参照が行えるシステムであること。
②　本システムは、患者基本情報、診療情報、画像情報など円滑に交換でき、そのために必要な国際的な標準規格に準拠した通信規格、データ形式を提供できること。
③　本システムは、業務用データベースとは独立した患者の臨床データ、情報を国際的な標準規格に準拠したデータ形式により長期的に蓄積管理できる機能を有すること。
④　本システムは、要求機能を達成するために十分なデータ処理機器、端末、ネットワークを保有すること。
⑤　本システムは、各部門で使用している医療機器及びシステムに対するインターフェイスを有すること。
⑥　本システムのうち、病院業務に不可欠なシステムは、24時間、無人であっても自動稼働し、安全で容易に運用できること。また、システム障害対策が十分になされていること。