招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年6月6日

独立行政法人国立病院機構

九州医療センター院長　村中　　光

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　40

○第12805号（№12805）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　マルチスライスＣＴ　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　平成25年度第４四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　320列以上の検出器を有する、または640スライス以上の同時収集が出来ること。

②　診断の為の各種画像解析及び機能解析が出来る機能を有すること。

③　放射線画像システム・病院情報システムと接続し画像情報・オーダー情報等の通信が出来ること。

④　医療機器として安全性が考慮されていること。

⑤　高度な画像処理機能を有するワークステーションを備えること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年７月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒810―8563 福岡県福岡市中央区地行浜１丁目８番１号　独立行政法人国立病院機構九州医療センター企画課長　宮田　広　電話092―852―0700　内線1007

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年６月６日から平成25年７月22日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multi-slice CT system 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　320 or more multi-slice capability, or 640 or more detectors.

②　The functions for post processing and functional analysis.

③　The system should be able to conect the radiology information-system, hospital information-system and image and ordering infomation-system.

④　The system must be considerd as safe equipment as medical devices.

⑤　The system must have the work station with a high image processing function.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. July 22, 2013

⑹　Contact point for the notice : Hiroshi Miyata, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Kyushu Medical Center, 1―8―1 Jigyohama Chuo-ku Fukuoka-shi Fukuoka-ken 810―8563, Japan. TEL 092―852―0700 ext. 1007

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年６月６日

国立大学法人北海道大学総長　山口　佳三

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01

○第４号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　シンチレーションカメラ及び診断支援機器　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年度７月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　全身の機能診断のためのＳＰＥＣＴ画像が取得できる機能を有すること。

Ｂ　核種エネルギーに合わせた専用のコリメータを有し、空間分解能・感度に優れていること。

Ｃ　骨シンチグラフィ、心筋血流シンチグラフィ、脳血流シンチグラフィ、ヨード131シンチグラフィの画像を取得できる機能を有すること。

Ｄ　診断のための各種画像解析および機能解析ができる機能を有すること。

Ｅ　画像情報の保管及び配信ができる機能を有すること。

Ｆ　当院の放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができる機能を有すること。

Ｇ　医療機器として安全性が考慮されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年７月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒060―8648 札幌市北区北14条西５丁目　北海道大学病院管理課用度第一係　林　　寛　電話011―706―7401

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年６月６日から平成25年７月22日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年６月13日15時00分

⑵　開催場所　北海道大学病院管理課入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Scintillation camera and diagnostic support tool 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The system must be acquired with SPECT images of a whole body for functional diagnostics.

B　The system must be equipped with a dedicated collimator from low to high energy, and have high spatial resolution and sensitivity.

C　The system must allow acquisition of bone scintigraphy, myocardial perfusion scintigraphy, brain perfusion scintigraphy, and iodine-131 scintigraphy.

D　The system must enable image analysis, including functional analysis for diagnosis.

E　The system must be capable of archiving and distributing the image data.

F　The system must have connections with the hospital's radiology and hospital information systems, and must allow communication of images and order information.

G　The system must be safe enough for application as medical equipment.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 22, July, 2013

⑹　Contact point for the notice : HAYASHI Yutaka, supplies Ｉ Section, Financial Division, Hokkaido University Hospital, Kita 14 Nishi 5 Kita-ku Sapporo-shi 060―8648 Japan, TEL 011―706―7401

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年６月６日

国立大学法人名古屋大学

財務担当理事　藤井　良一

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23

○第６号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　画像誘導手術支援システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年度１月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　整形外科手術に対応できること。

Ｂ　高画質なＣＴ画像を高速に術中に撮影できるＣＴ機器及びそれにリンクしたナビゲーションシステムを含むシステムであること。

Ｃ　患者及び従事者の被ばく低減機能を有すること。