E　These facilities gather the wiring and must include a prevention of obstacle function by the connection mistake.
F　These facilities must be able to use communication by IPv4 and the IPv6.
G　These facilities must be able to use a redundancy configuration for stable use.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, October, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hideyuki Okihashi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3147

○第10号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　汚物自動洗浄消毒システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ベッドパンウォッシャーは高さが900㎜程度のカウンター型で、流し台との組合せが可能であること。
B　流し台の水栓は流し台本体に設置ができること。
C　流し台の水栓は混合水栓であること。
D　便尿器やガーグルベース等を洗浄する為のバスケット・ホルダーを有すること。
E　汚物槽は水や汚物の跳ね返りを防止する構造であること。
F　尿器、便器等を収納することができる設備であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年10月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学病院部総務管理課調達管理係　起橋　秀之　電話0776―61―3111　内線3147
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年９月２日から平成25年10月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年９月10日11時00分
⑵　開催場所　福井大学医学部管理棟中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Automatic bedpan washer and sterilizer system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The height of the bedpan washer must be 900㎜ with the table top and must be installed under the table top with the washing sink.
B　The mixing tap of the washing sink must be installed on the main washing sink.
C　The tap must be the mixing tap.
D　The bedpan washer must include the multi holder for washing bedpans and urine bottles and the basket for washing the small basins so on.
E　The slop sink must include the structure not to splash the contaminated waters and the human wasted.
F　In the total proposal of the sluice room, it must be the cabinet for urine bottles and bedpans so on.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, October, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hideyuki Okihashi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3147

○第11号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　術中Ｘ線ＣＴ撮影装置システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　術前、術中、術後のＣＴ撮影を患者の移動を伴わずに手術室内で行う事ができること。
B　ＣＴ撮影装置はスライドガントリ式で手術台との組合せで撮影を行うことが出来ること。
C　ＣＴ撮影装置スライド用の走行レールは手術室床面とフラットになること。
D　ＣＴ撮影装置のガントリの開口部の径が70㎝以上であること。
E　ＣＴ撮影を行わない時はガントリを手術室の奥側にパーキングし、手術スペースが確保できること。
F　既存のナビゲーションシステムのアップグレードを含み、連動が可能であること。
G　ＣＴ撮影装置のガントリはＣＴ撮影時に無影灯・麻酔器用シーリングペンダントに干渉しないこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年10月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学病院部総務管理課調達管理係　起橋　秀之　電話0776―61―3111　内線3147
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年９月２日から平成25年10月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年９月11日15時00分
⑵　開催場所　福井大学医学部研究棟会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Intraoperative X-ray Computed Tomography system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　CT examination can be performed without the movement of the patient in an operating room during surgery.
B　CT examination can be performed by a combination of the operating table and sliding CT gantry system.
C　The run rail of the CT gantry system should be created at the same grade level as the operating room floor.
D　The CT gantry bore should be over 70㎝.
E　Secure operation space should be kept by parking the CT gantry system to the corner of the operating room when CT examination is unnecessary.
F　The existing cerebrospinal neurosurgical otolaryngology navigation system should be upgraded and connected with the new operation system.
G　The shadowless lamp and ceiling pendant for anesthesia apparatus has to be provided, that should be put in the place not to interfere with the CT system.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, October, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hideyuki Okihashi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3147