○第12号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ハイブリッドＯＲシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　アンギオ装置のＣアームは手術対応が可能な天井走行式シングルプレーンであること。
Ｂ　アンギオ装置不使用時はＣアームが手術台から離れてパーキングし手術スペースが確保できること。
Ｃ　術野のクリーン度を維持するために天井ＨＥＰＡフィルターからの空調が術野の真上から垂直層流で下ろせるように、Ｃアームの走行レール幅を確保できること。
Ｄ　アンギオ装置で撮影した映像を映し出すための50インチ程度の天吊式の大型モニターを構成に含むこと。
Ｅ　アンギオ装置と連動して作動する手術台と走行レールに干渉しない無影灯及び麻酔装置用シーリングペンダントを構成に含むこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年10月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学病院部総務管理課調達管理係　起橋　秀之　電話0776―61―3111　内線3147
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年９月２日から平成25年10月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年９月13日16時00分
⑵　開催場所　福井大学医学部管理棟中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Hybrid OR system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The C arm being ceiling mounted single plane. In addition, this is being available for an operation.
B　The C arm can do a parking apart from an operating table when don't use an angiography system and can secure operative field.
C　The system has the rail width of the C arm to be able to bring down the air conditioning from an HEPA filter from above art field in a perpendicular laminar flow to maintain the clean degree of the art field.
D　Have around 50 inches of large monitors to project the angiography image.
E　Have an operating table in conjunction with the angiography system. In addition, have the astral lamp and ceiling pendant which does not interfere a ceiling rail.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 18, October, 2013
⑹　Contact point for the notice : Hideyuki Okihashi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3147

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年９月２日
国立大学法人　山梨大学長　前田秀一郎
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　19

○第１号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　手術器材滅菌・保管・管理・供給システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度６月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　立体自動倉庫設備
ａ　手術で使用する器材を収納する滅菌コンテナの保管を行い、自動入庫・出庫が可能な立体倉庫であること。
ｂ　滅菌コンテナの入出庫作業は、先入れ先出しの徹底、滅菌期限の管理、一定の高さでの作業、の三点が可能な装置であること。
ｃ　既存の病院医療情報システムと連携し、手術準備に関連した患者及び器材情報を取得できること。
ｄ　手術器材使用履歴管理システムと連携し滅菌コンテナの入庫、出庫作業の情報を報告できること。
Ｂ　滅菌コンテナ
ａ　術式別に組まれた滅菌コンテナは、滅菌後の長期保管が可能であること。
ｂ　滅菌コンテナはＡのシステムと連携し、自動入庫・出庫に対応できること。
Ｃ　回転式収納庫設備
ａ　医療用消耗品及び手術用器材（滅菌パック・単包器材等）の保管を行い、入庫・出庫が可能な装置であること。
ｂ　医療用消耗品及び手術用器材の入出庫作業は一定の高さで作業できる装置であること。
ｃ　既存の病院医療情報システムと連携し、手術準備に関連した患者及び器材情報を取得できること。
ｄ　手術器材使用履歴管理システムと連携し手術用器材の入庫、出庫作業の情報を報告できること。
Ｄ　高圧蒸気滅菌器
ａ　クリーン蒸気発生装置を内蔵し、クリーン蒸気での滅菌が可能であること。
ｂ　扉方式はダブルドアで、パススルー方式であること。
Ｅ　低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌併用高圧蒸気滅菌器
ａ　低温滅菌工程の温度設定は、55℃、65℃、80℃の３つの温度設定が可能であること。
ｂ　クリーン蒸気発生装置を内蔵し、クリーン蒸気での滅菌が可能であること。
ｃ　扉方式はダブルドアで、パススルー方式であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年10月21日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒409―3898 山梨県中央市下河東1110番地　山梨大学医学部病院経営企画室再整備契約グループ　細田　浩司　電話055―273―9072
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年９月２日から平成25年10月21日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年９月９日13時00分
⑵　開催場所　山梨大学医学部キャンパス内管理棟２階小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Sterilize, stock control, supply system for surgical instrument 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase