◎調達機関番号　566　◎所在地番号　11

○第 25―1009 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　高精度ＭＲＩ撮像装置　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件

Ａ）サルに対応した大口径コイルを有すること。

Ｂ）高精細画像取得に必要な、4.7テスラ以上の磁力を有すること。

Ｃ）頭部、腹部臓器など多様な撮像を可能とする技術を有すること。

Ｄ）Ｆ19核種への対応が可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年10月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　植木　　博　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年９月９日から平成25年10月15日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年９月26日14時00分

⑵　開催場所　〒520―2192 滋賀県大津市瀬田月輪町　国立大学法人滋賀医科大学　管理棟３階大会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High quality MRI system for monkey ; 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A）Adequate magnet bore size for imaging of monkeys.

B）More than 4.7 tesla and higher magnet for high quality imaging.

C）Covers multiple organs such as brain and abdominal viscera.

D）Enables the imaging with F19.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 15 October, 2013

⑹　Contact point for the notice : Hiroshi Ueki, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K's Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446

○第 25―1010 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量
動物用ＭＲＩ　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件

Ａ）磁場強度　フェルカルボトランの体内動態を評価するためにはＭＲＩ画像が高解像度である必要があり、4.7テスラ以上の磁場強度が必要である。

Ｂ）専用ベッド　ラットおよびラビット専用ベッドが装着できる必要がある。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年10月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　宮田　洋一　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年９月９日から平成25年10月15日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年９月25日14時30分

⑵　開催場所　〒734―8553 広島県広島市南区霞１－２－３　広島大学　医学部保健学科棟１階会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic resonance imaging (MRI) for animals 1 SET

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A）Magnetic field intensity MRI images should be high-resolution to assess the in vivo kinetics of ferucarbotran. Therefore, magnetic field intensity of MRI needs to be equal to or more than 4.7 tesla.

B）A suitable bed for an animal MRI should have a dedicated bed for a rabbit and a rat.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 15, October, 2013

⑹　Contact point for the notice : Youichi Miyata, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K's Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446

○第 25―1011 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　連結可能セルプロセッシング・アイソレーターシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件　ＧＭＰグレードでヒトｉＰＳ細胞由来代謝性臓器を製造するためのシステムであり、複数のセルプロセッシング・アイソレーターから構成され、各アイソレーターにて別種の細胞を独立して培養する機能を備え、さらにその後に当該多種細胞を混合して培養する機能を有すること。このシステムには連結可能なアイソレーター本体、それに付属する細胞培養モジュール、細胞観察モジュール、遠心分離モジュール、自動培養装置が含まれる。また、オートクレーブ、メディカルフリーザー、多点集中監視システムが含まれる。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年10月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　竹林　志穂　電話03―5214―8446

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年９月９日から平成25年10月15日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年９月24日14時00分

⑵　開催場所　〒236―0004 神奈川県横浜市金沢区福浦３－９　横浜市立大学　福浦キャンパス　先端医科学研究棟５階Ｐ503会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。