招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年9月26日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構
西新潟中央病院長　亀山　茂樹

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　15

○第04807号（№04807）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　リニアックシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年3月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　医療用リニアック装置を有すること。

②　放射線治療計画装置を有すること。

③　定位放射線治療用機器を有すること。

④　定位放射線治療用固定具を有すること。

⑤　ＩＭＲＴ及び定位放射線治療計画装置を有すること。

⑥　放射線治療データマネージメントシステムを有すること。

⑦　放射線治療品質管理機器を有すること。

⑧　治療計画ＣＴ装置を有すること。

⑨　別室に設置される治療計画専用ＣＴ装置を含むこと。

⑩　これらのシステムを設置する為の二次工事を含むこと。

⑪　治療計画装置及び医療情報システムなどへのネットワーク接続を行うこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年11月11日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒950―2085 新潟県新潟市西区真砂1―14―1　独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院　企画課業務班長　坂上　雅実　電話025―265―3171　内線1021

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年9月26日から平成25年11月11日まで

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Linear accelerator system 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　This system has linear accelerator equipment for medical treatments.

②　There is radiotherapy planning equipment in this system.

③　This system has apparatus for stereotactic radiotherapy.

④　This system has a fixture for stereotactic radiotherapy.

⑤　This system has IMRT and a stereotactic radiotherapy planning device.

⑥　This system is having a radiotherapy data management system.

⑦　It is conditions that radiotherapy quality control apparatus is equipped.

⑧　Radiotherapy planning CT equipment is equipped.

⑨　There is also CT equipment only for a curative program.

⑩　The secondary construction for installing these systems is included.

⑪　Network connection to curative program equipment and a medical information system is performed.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 11, November, 2013

⑹　Contact point for the notice : Masami Sakagami, Section Chief, Accounting Division, National Hospital Organization Nishi-Niigata Chuo National Hospital 1―14―1 Masago, Nishi-ku, Niigata-Shi, Niigata-ken 950―2085, Japan, TEL 025―265―3171 ext. 1021

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年9月26日

国立大学法人福井大学財務部長　川尻　秀行

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　18

○第13号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　内視鏡外科手術室システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成26年度4月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　ビデオカメラ装置本体で静止画及び動画画像が記録でき、画像表示方式はフルスペックＨＤであること。また、同一シリーズのカメラ本体とカメラ本体には新・旧の互換性があること。

Ｂ　光源ランプはキセノンランプで、出力は300W以上であること。

Ｃ　気腹装置は気腹流量が30Ｌ／min以上で送気ができ、加温機能を有すること。また、設定圧・実際圧の両方を同時に表示する機能を有すること。

Ｄ　内視鏡装置コントロールセットは術者及び手術スタッフが同一のタッチパネルを介して、各種機能を遠隔操作できること。

Ｅ　26インチ以上でフラットタイプＬＥＤモニターを有すること。

Ｆ　ビデオカメラ装置で撮影した内視鏡画像を任意のモニター装置に切換えができる機能を有すること。

Ｇ　３Ｄカメラシステムが使用可能な設備であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年11月11日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―3　福井大学病院部総務管理課調達第一係　井口　　弘　電話0776―61―3111　内線3145

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年9月26日から平成25年11月11日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年10月8日16時00分

⑵　開催場所　福井大学医学部研究棟会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Surgical endoscopy operation system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Should be able to record still and moving images with a camera system and an image display should be in Full HD. Also, the camera system must have a compatibility with other camera systems of the same series.

B　Light source should be a Xenon lamp with 300watt or more.

C　Electronic insufflation unit should have a gas flow of 30 liters or more, and should have air heating function. And the unit must be able to display both set value and actual value.

D　Endoscopic control unit should have a remote controlled operation of the various features through one touch panel operated by surgeons and surgical staffs.

E　Should be equipped with a flat panel LED monitor with a minimum size of 26".

F　Must have a function to switch endoscopic images took by a video camera system to any monitor.

G　The facility must be able to use 3D camera system.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 11, November, 2013

⑹　Contact point for the notice : Hiroshi Iguchi, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3145