4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成26年６月30日13時30分
⑵　開催場所　厚生労働省上石神井庁舎
⑶　出席申込み　平成26年６月27日17時00分までに上記２⑵に申込みを行うこと。
5　その他
⑴　本公表は予定であり、変更することがあり得る。
⑵　本導入計画の詳細は導入説明書による。
6　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Shinichi Akiyama, Director, Labour Insurance Contributions Levy Division, Worker's Compensation Department, Labour Standards Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare.
⑵　Classification of the products to be procured : 71, 27
⑶　Nature and quantity of the services to be required : The next system renewal of the Labour Insurance Application and Contributions Levy System.
⑷　Type of procuring : Lease
⑸　Basic requirements of the procurement : As enclosure
⑹　Date and time for tender explanation meeting : 1 : 30 PM, 30th June, 2014
⑺　Time-limit for the submission of comments : 5 : 00 PM, 22th, July, 2014
⑻　Contact point for the notice : Tsuyoshi Koyama, Labour Insurance Contributions Levy Operation Office, Labour Insurance Contributions Levy Division, Worker's Compensation Department, Labour Standards Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, 4―8―4 Kamishakujii Nerima-ku, Tokyo 177―0044, Japan, TEL 03―3920―3311 ext. 407, 416

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 26 年６月 23 日
国立大学法人鳥取大学長　豊島　良太

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　31

○第２号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　人工心肺装置システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　生体が持つ循環呼吸機能の代行ができること
B　人工心肺装置と連動可能な遠心ポンプで送血できること
C　体温、血圧血流などのデータ管理及びモニタリングができること
D　ガス流量、冷温水槽を含むデータを記録できること
E　血液心筋保護液を供給できること
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成26年８月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒683―8504 米子市西町36―１ 鳥取大学医学部経理・調達課病院調達係　浦田　明宏　電話0859―38―7087
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成26年６月23日から平成26年８月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成26年６月30日11時00分
⑵　開催場所　鳥取大学医学部附属病院ＴＶ会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Heart-Lung Machine System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system must be able to take over the blood circulation and breathing function of the human body.
B　The system must be able to use a centrifugal pump to send blood and can be integrated with the heat-lung machine.
C　Data management and monitoring should be able to manage and monitor data such as body temperature, blood pressure, and blood flow.
D　Data Management System should be available to record the perfusion data, including gas flows and heater/cooler data.
E　The system should be able to provide blood cardioplegia fluid.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 August, 2014
⑹　Contact point for the notice : Akihiro Urata, Hospital Procurement Section, Accounting and Procurement Division, Faculty of Medicine, Tottori University, 36―1 Nishi-cho Yonago-shi 683―8504 Japan, TEL 0859―38―7087

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 26 年６月 23 日
国立大学法人鳥取大学長　豊島　良太

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　31

○第３号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ホールボディカウンタ　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成26年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ホールボディカウンタは全身用カウンタ及びデータ処理装置から構成されること。
B　測定に際し被検者の負担にならない様、座って測定可能な構造であること。
C　被検者が所定位置に着座をすることで自動測定開始すること。
D　被検者測定対象身長は80㎝（自身で着座できること）to 200㎝とする。
E　被検者に分かりやすいよう、表示及び音声にてガイダンスする機能を有すること。
F　検出感度は200Ｂｑ以下であること。（測定条件：0.1μＳｖ／ｈ以下の周辺BG環境においてＣｓ―137ブロックファントムの２分測定にて※）
※原子力安全技術センター発行「被ばく線量の測定マニュアル2000」の検出感度算出式による
G　エネルギー分解能はＣｓ―137の662ＫｅＶ　γ線に対して10％以下であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成26年８月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒683―8504 米子市西町36―１ 鳥取大学医学部経理・調達課病院調達係　浦田　明宏　電話0859―38―7087
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成26年６月23日から平成26年８月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成26年６月30日10時00分
⑵　開催場所　鳥取大学医学部附属病院ＴＶ会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。