6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Whole Body Counter 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Whole Body Counter must be composed of whole body counter and data processing system.
B　Configuration must be seating and possible to measure to make it less stressful to subject during measurement.
C　Automatic measurement starts by subject seating to the position.
D　Subject's height to be between 80 cm (can be seated by oneself) to 200 cm.
E　To have display and audio guidance so that it is comprehendible to subject.
F　Detective sensitivity must not exceed 200 Bq. (Measurement condition : 2 minutes measurement of Cs—137 block phantom in 0.1 μSv／h or under environment background)
Based on detective sensitivity calculation from "Exposed Dose Measurement Manual 2000" issued by Nuclear Safety Technology Center.
G　Energy resolution must be under 10 % for Cs—137 at 662 KeV γ rays.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 August, 2014
⑹　Contact point for the notice : Akihiro Urata, Hospital Procurement Section, Accounting and Procurement Division, Faculty of Medicine, Tottori University, 36—1 Nishi-cho Yonago-shi 683—8504 Japan, TEL 0859—38—7087

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 26 年６月 23 日
国立大学法人香川大学長　長尾　省吾

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　37
○第１号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　16
⑵　導入計画物品及び数量　手術器材保管・管理・供給システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成27年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　立体自動倉庫設備
ａ　手術で使用する器材を収納する滅菌コンテナの保管を行い、自動入庫・出庫が可能な立体倉庫であること。
ｂ　滅菌コンテナの入出庫作業は、先入れ先出しの徹底、滅菌期限の管理、一定の高さでの作業、の三点が可能な装置であること。
B　回転式収納庫設備
ａ　医療用消耗品及び手術用器材（滅菌パック・単包器材等）の保管を行い、入庫・出庫が可能な装置であること。
ｂ　医療用消耗品及び手術用器材の入出庫作業は一定の高さで作業できる装置であること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成26年８月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒761—0793 香川県木田郡三木町大字池戸1750—１　香川大学医学部管理課専門職員（契約）　新田　浩幸　電話087—891—2492
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成26年６月23日から平成26年８月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成26年７月１日15時00分
⑵　開催場所　香川大学医学部管理棟４階会議室１
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 16
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Stock control, supply system for surgical instrument 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Automated storage／retrieval system
a　A storage／retrieval system to store sterile containers for surgical instruments, and to load／unload them automatically.
b　An automated storage／retrieval system enables to load／unload sterile containers in first-in first-out manner thoroughly, to manage sterilization terms, to secure certain height for the workers at the environment.
B　Vertical carousel
a　Vertical carousel should be an equipment which performs storage of a medical supply and surgical instrument individually, etc and loading／unloading them.
b　Vertical carousel enables to load／unload medical supply and surgical instruments in certain height for the workers at the environment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 August, 2014
⑹　Contact point for the notice : Hiroyuki Nitta, Procurement Section, Accounting Division, Kagawa University, 1750—1 Oaza Ikenobe Miki-cho Kita-gun Kagawa 761—0793 Japan, TEL 087—891—2492

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 26 年６月 23 日
国立大学法人香川大学長　長尾　省吾

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　37
○第２号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　高圧蒸気滅菌装置一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成27年度11月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　高圧蒸気滅菌装置
ａ　クリーン蒸気発生装置を内蔵し、クリーン蒸気での滅菌が可能であること。
ｂ　扉方式はダブルドアで、パススルー方式であること。
B　滅菌ローディングカート
ａ　高圧蒸気滅菌装置専用のフロアローディングカートは、直接装置内に入れることが可能で、３段以上の棚を有すること。
C　滅菌装置管理システム
ａ　高圧蒸気滅菌装置の運転データがリアルタイムで管理でき、各装置の運転履歴、滅菌判定入力、帳票印刷、異常発生表示等が行えること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成26年８月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒761—0793 香川県木田郡三木町大字池戸1750—１　香川大学医学部管理課専門職員（契約）　新田　浩幸　電話087—891—2492
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成26年６月23日から平成26年８月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。