E　プロトン磁力計は感度0.1nT以上で、絶対精度0.5ｎＴ以下であること。
F　地震計・空振計用通信用データロガーは入力チャンネル数６チャンネル以上、サンプリング周波数は100Ｈｚ以上、ダイナミックレンジは138ｄＢ以上であること。
G　上記各観測機器の設置費用を含み、ボアホールタイプ地震計は深度100m程度で直径150ｍｍ以上、傾斜計は深度10m以上で直径150ｍｍ以上の観測井を掘削して設置し、ケーシングによりすべての場所を補強し、底部はセメントでかためること（３カ所）。
H　現有の広帯域地震計（Ｇｕｒａｌｐ　ＣＭＧ－３Ｔ　固有周期360秒）を奥行10m以上の横坑（２カ所）の奥に設置すること。横坑はかまぼこ型とし、縦横２m以上を確保し、コンクリートで補強してあること。
I　通信装置を用いて地震計、傾斜計、空振計、ＧＮＳＳ受信機、プロトン磁力計のデータを名古屋大学に送信できること。
J　設置にあたり十分な耐雷及びノイズ対策を施されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成27年２月23日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒464―8601 名古屋市千種区不老町　名古屋大学本部２号館２階財務部契約課　神田　直子　電話052―789―5527
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成27年１月21日から平成27年２月23日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成27年１月30日13時30分
⑵　開催場所　名古屋大学環境総合館２階第２会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Observation system for the volcanic activity in Mt. Ontake region 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Borehole-type 3-component seismometers must have a natural period of 120 s or longer, a sensitivity higher than or equal to 1200 V／m／s, and a self noise lower than or equal to the USGS low noise model in 0.005―10 Hz.
B　Borehole-type tiltmeters must have two horizontal components, a resolution higher than or equal to 1 nrad, and a measurable range wider or equal to 8 degrees from the vertical line.
C　Infrasound sensors (microbarometers) must be able to measure signals covering a frequency range of 0.1―100 Hz and must have a resolution higher than or equal to 0.1 Pa with a flat response in the frequency below 20 Hz.
D　GNSS receivers must be able to receive signals from GPS and GLONASS satellites and the antennas must be equipped.
E　Proton geomagnetic sensors must have a sensitivity higher than or equal to 0.1 nT and an absolute accuracy better than or equal to 0.5 nT.
F　Data loggers for telemetering the seismic and infrasound data must have input channels of 6 or more, a sampling frequency higher than or equal to 100 Hz, and a dynamic range wider than or equal to 138 dB.
G　The expense for the installation (3 sites) of the instruments mentioned above being included, the borehole-type seismometers must be installed in boreholes with a depth of approximately 100 m and a diameter wider than or equal to 150mm, and the borehole-type tiltmeter must be installed in boreholes with a depth of deeper than 10m and a diameter wider than or equal to 150mm. The walls and bottoms of all boreholes must be reinforced with casings and concrete, respectively.
H　Guralp CMG-3T broadband seismometers with a natural period of 360 s, which we already posses, must be installed at the back of tunnels (2 sites) longer than or equal to 10 m. The tunnels must have a form of a half cylinder and a height and a width larger than or equal to 2 m.
I　All of the data recorded by the seismometers, the tiltmeters, the infrasound sensors, the GNSS receivers, and the proton geomagnetic sensors must be telemetered to Nagoya University using relevant transmission instruments.
J　The instruments must be fully protected from lightning and their self noises must be sufficiently low.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　23 February, 2015
⑹　Contact point for the notice : Kanda Naoko, Contract Division, Financial Affairs Department, Nagoya University, Furo-cho Chikusa-ku Nagoya-shi 464―8601 Japan, TEL 052―789―5527

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 27 年 1 月 21 日
総務省大臣官房会計課企画官　梅田　勉
◎調達機関番号　012　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　購入等特定役務及び数量　高度化・巧妙化するマルウェアを検知・除去し、感染を防止するためのフレームワークに関する実証実験の請負　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成27年２月10日午後５時（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒100―8926 東京都千代田区霞が関二丁目１番２号　総務省大臣官房会計課契約第二係　担当　中嶋　英明　電話03―5253―5132
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　平成27年１月21日から平成27年２月10日まで
⑵　交付場所　政府電子調達システムへアクセスし入手すること。
4　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 71, 27
⑵　Nature and quantity of the services to be required : The contract of the actual proof experiment about the framework for detecting and removing more advanced and sophisticated malware, and preventing its infection 1 set.
⑶　Time limit for the submission of comments : 5 : 00 PM 10 February 2015
⑷　Contact point for the notice : Hideaki Nakashima, Accounts Division, Minister's Secretariat, Ministry of Internal Affairs and Communications, 1―2 Kasumigaseki 2 chome, Chiyoda-ku Tokyo 100―8926 Japan. TEL 03―5253―5132

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 27 年 1 月 21 日
財務省大臣官房会計課長　目黒　克幸
◎調達機関番号　015　◎所在地番号　13
○第１号（№１）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　購入等件名及び数量
官庁会計システム等のハード更新に伴う設計等及び機能追加に係る業務　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成27年２月12日17時30分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒100―8940 東京都千代田区霞が関３－１－１　財務省入札説明室（Ｂ東―84号室）