ロータリエンコーダ	気体流量が〇・〇〇五グラム毎分以上百八十グラム毎分以下のもの又はISO型トロイダルスロート音速ノズルであって、校正範囲が〇・〇五グラム毎分以上二十キログラム毎分以下のもの	気体流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	角度測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
	液体流量が〇・三立方メートル毎時以上三百立方メートル毎時以下のもの又は〇・六七キログラム毎秒以上六十七キログラム毎秒以下のもの	液体流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	液体流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
	石油用流量計であって、校正範囲が三立方メートル毎時以上三百立方メートル毎時以下のもの又は〇・六七キログラム毎秒以上六十七キログラム毎秒以下のもの	石油用流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	石油用流量校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
	レーザ流速計であって、校正範囲が一・三メートル毎秒以上四十メートル毎秒以下のもの、微風速校正風洞であって、校正範囲が〇・〇五メートル毎秒以上一・五メートル毎秒以下のもの又は超音波流速計であって、校正範囲が〇・〇五メートル毎秒以上四十メートル毎秒以下のもの	気体流速校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	気体流速校正設備であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
	レーザー干渉式振動測定装置又は振動加速度計であって、校正範囲が一ヘルツ以上五キロヘルツ以下のもの	レーザー干渉式振動測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	レーザー干渉式振動測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
	ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧測定装置又は電圧発生装置であって、校正範囲が一ボルト以上十ボルト以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの	ジョセフソン効果電圧測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	ジョセフソン効果電圧測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの
日本電気計器検定所	電圧発生装置又は電圧測定装置であって、校正範囲が一ボルト以上十ボルト以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム以下のもの	ジョセフソン効果電圧発生装置及び電圧比測定装置であって日本電気計器検定所が保管するもの	ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧発生装置及び電圧比測定装置であって日本電気計器検定所が保管するもの
国立研究開発法人産業技術総合研究所	標準分圧器であって、校正範囲が百キロボルト以下のもの	標準分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの	標準分圧器であって、日本電気計器検定所が保管するもの
	標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正範囲が一オーム以上十キロオーム以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエム又はより高いもの	量子ホール効果抵抗測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	量子ホール効果抵抗測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの

日本電気計器検定所	標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正範囲が一ミリオーム以上百キロオーム以下のものであり、かつ、精度が〇・五ピーピーエムより低いもの	標準抵抗器及び抵抗比測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの	
国立研究開発法人産業技術総合研究所	標準抵抗器であって、校正範囲が一メガオーム以上一テラオーム以下のもの	量子ホール効果抵抗測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	
日本電気計器検定所	電流発生装置、電圧発生装置、電圧測定装置、標準分流器又は標準抵抗器であって、校正範囲が百アンペア以下のもの	電圧発生装置及び標準抵抗器であって、日本電気計器検定所が保管するもの	
	交流電圧発生装置、交流電圧測定装置又は交直電圧比較装置であって、校正範囲が一メガヘルツ以下及び一キロボルト以下のもの	交流電圧用及び交流電流用交直変換器並びに交直差測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの	
国立研究開発法人産業技術総合研究所	誘導分圧器であって、周波数が一キロヘルツの場合において校正範囲が十ボルトのもの又は周波数が五〇ヘルツ以上六〇ヘルツ以下の場合において、校正範囲が百ボルトのもの	誘導分圧器校正装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	
日本電気計器検定所	交流電流発生装置、交流電流測定装置又は交直電流比較装置であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が二十アンペア以下のもの	交流電流用及び交流電流用交直変換器並びに交直差測定装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの	電力電力量校正装置であって、日本電気計器検定所が保管するもの
	電力変換器又は電力測定装置であって、周波数が四十五ヘルツ以上六十五ヘルツ以下の場合において、校正範囲が百十ボルト以下及び五十アンペア以下のもの		
国立研究開発法人産業技術総合研究所	キャパシタであって、周波数が千五百九十二ヘルツの場合において、静電容量が十ピコファラド又は千ピコファラドのもの	キャパシタンス測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	
	交流抵抗器であって、周波数が一キロヘルツの場合において、抵抗値が十キロオームのもの	交流抵抗測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	
	電圧測定装置であって、電圧が〇・五ボルトの場合において、校正範囲が十メガヘルツ以下のもの	サーミスタ式電圧測定装置であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保管するもの	