ジクロロメタン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの	ジクロロメタン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準液製造用精密天秤（以下「有機標準液製造装置」という。）を用いて製造されたもの
クロロホルム標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	クロロホルム標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
四塩化炭素標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	四塩化炭素標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
トリクロロエチレン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	トリクロロエチレン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
テトラクロロエチレン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	テトラクロロエチレン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
一・二―ジクロロエタン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	一・二―ジクロロエタン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
一・一―ジクロロエチレン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	一・一―ジクロロエチレン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

cis―一・二―ジクロロエチレン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの	cis―一・二―ジクロロエチレン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準液製造用精密天秤（以下「有機標準液製造装置」という。）を用いて製造されたもの
一・一・一―トリクロロエタン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	一・一・一―トリクロロエタン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
一・一・二―トリクロロエタン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	一・一・二―トリクロロエタン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
trans―一・三―ジクロロプロペン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	trans―一・三―ジクロロプロペン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
cis―一・三―ジクロロプロペン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	cis―一・三―ジクロロプロペン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
ベンゼン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	ベンゼン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの
トルエン標準液のうちヘキサン希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以上一グラム毎リットル以下のもの及びメタノール希釈のもので、濃度が百ミリグラム毎リットル以下のもの	トルエン標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの