B　採血採尿受付装置は、患者自身が簡単な操作で受付が実施できること。
C　採血管準備装置は、受付された採血オーダー情報を自動的に当該採血管にバーコードラベルを貼付し患者毎に分別できること。
D　採血整理番号呼び込み表示装置は、進捗状況に従い自動アナウンス、自動表示ができること。
E　採血台は、安全を配慮した採血スペースが在ること。椅子や採血台の高さが調節できること。患者と、バーコードラベル貼付採血管を照合する装置があり、患者取り違え、採血漏れが起らないシステムであること。
F　尿分取装置は、尿カップに入った尿検体を自動でバーコードラベル貼付試験管に移し替える機能を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成27年6月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―3　福井大学病院部総務管理課調達管理係　長谷川雅則　電話0776―61―3111　内線3147

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成27年4月27日から平成27年6月12日まで。
⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成27年5月8日14時00分
⑵　開催場所　福井大学医学部管理棟中会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Blood and Urine Collection Service-supporting System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The blood and urine collection service-supporting system must be equipped with a reception system for blood and urine collection, test tube preparation system, blood collecting reference number calling-in display system, blood collecting stand and urinary sampling system. This service-supporting system must be connected to the existing hospital information system.
B　The reception system for blood and urine collection should enable patients to be easily admitted with a simple, self-operated automated patient registration and check-in machine.
C　As for the test tube preparation system, upon receipt of the patient's information, the necessary test tubes should be automatically supplied, labeled, and then sorted separately for each patient.
D　The progress status of the blood collecting reference number calling-in display system should be automatically announced and displayed to standby patients.
E　The blood collecting stand should be kept in a size enough for safe blood collection, and the height of chairs and blood collection tables should be adjusted. Misidentification of patients or blood collection tubes should be prevented by matching patients and their tubes.
F　The urinary sampling system should include a function by which urine samples collected in cups are automatically transferred to the labeled tubes.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　12 June, 2015
⑹　Contact point for the notice : Masanori Hasegawa, Procurement Section, Accounting Division, University of Fukui, 23―3 Matsuokashimoaizuki Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3147

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成27年4月27日
国立大学法人宮崎大学
契約担当役　理事　増田　宏明
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45
○第1号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量　放射線システム一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成27年度8月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　要求システムは、病院情報管理システムから放射線オーダ情報を受取り、放射線部内の各検査室で検査・治療を行い、その実施情報及び結果レポートを病院情報管理システムに返すシステムである。
B　要求システムは、本病院で発生する様々な画像情報等を保存・管理し、放射線システム及び病院情報管理システムの各端末で参照できる機能を有すること。取り扱う情報は、放射線画像、内視鏡画像、病理検査画像、超音波画像、レポート情報が対象となる。
C　要求システムは、他院で撮影されたX線画像フィルムや、外部記憶媒体に保存されたＤＩＣＯＭ画像を読み込み、本院で撮影された画像と同様の操作で、放射線部門システム及び病院情報管理システムの各端末で参照できる機能を有すること。
D　要求システムは、本院に設置されている様々な機器と、ＤＩＣＯＭインターフェースで接続可能であること。また将来設置される機器ともＤＩＣＯＭインターフェースで接続可能な柔軟性を有すること。
E　要求システムは、保存・管理している画像を地域連係用に公開する機能を有すること。
F　要求システムは音声認識機能を有し、レポート作成業務の省力化が実現できること。
G　要求システムの各端末は、マルチウィンドウやＧＵＩを採用し、操作性の統一を図り、快適な作業環境を提供すること。また、各端末の一元管理を実現するために統合的な機能を提供すること。さらに、端末の拡張基本機能やパッチ、クライアントアプリケーションの配布・バージョン管理等が可能であること。
H　要求システムは、現システムが保有する資源（データ）を完全に継承するとともに、現システムと同等以上の機能及び本システムで新たに追加する機能が実現できること。また、将来必要となりうる追加機能を付加する際の拡張性と柔軟性を保持したシステムであること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成27年5月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目1番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課経理調達係政府調達担当係長　西田　良太　電話0985―58―7574

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成27年4月27日から平成27年5月28日まで。
⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成27年5月11日14時00分
⑵　開催場所　宮崎大学木花キャンパス事務局4階会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The section of system for Radiology (include RIS and PACS) 1 Set