招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成27年8月21日

国立大学法人名古屋工業大学
事務局長　小椋　史朗

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　14

⑵　導入計画物品及び数量　名古屋工業大学キャンパス情報ネットワーク　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　平成28年度８月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　キャンパスネットワークシステム：コアスイッチとＶＰＮ接続装置、外部接続装置、エッジスイッチ、ファイアウオール、無線ＬＡＮ基地局は既存システムを利用。

Ｂ　管理サーバ：認証サーバ、ＤＮＳサーバなど管理業務を行うシステム。

Ｃ　効率化、省スペース化、省エネルギー化が図られること。

Ｄ　安定な稼働の維持と迅速な障害対応が可能な保守体制を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成27年９月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒466―8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番　名古屋工業大学経理課調達係　鰐渕　将哉　電話052―735―7143

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成27年８月21日から平成27年９月25日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成27年８月27日13時30分

⑵　開催場所　名古屋工業大学事務局会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 14

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Campus network system for Nagoya Institute of Technology 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Campus Network System : This wired network system should consist of core switch, VPN concentrator and router for outbound. Edge switch, Wi-Fi router and firewall systems reuse existing system.

B　Servers :　Authentication and DNS server system that can manage the network equipment and network services.

C　The entire system should be designed with efficiency, space-saving and energy-saving consideration.

D　The supplier should established maintenance and support system to ensure the entire systems stable operation and to provide sufficient prompt response against troubles, fault and failures.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　25 September, 2015

⑹　Contact point for the notice : Masaya Wanibuchi, Accounting Division, Nagoya Institute of Technology, Gokiso-cho Showa-ku Nagoya-shi 466―8555 Japan, TEL 052―735―7143

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成27年8月21日

国立大学法人徳島大学長　香川　　征

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36

○第１号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　手術用顕微鏡システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成28年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　対物レンズから接眼レンズに至る全光学系は、アポクロマート光学系であること。

Ｂ　倍率変倍機構は、フットスイッチ/コントロールハンドル制御による連続ズーム比１：６の電動式を採用し、変倍スピードの調整が可能であること。

Ｃ　対物レンズは、作業距離が200mm～500mmの範囲を含む連続バリアブルフォーカスであること。

Ｄ　フォーカス機構は、検出精度が±0.5mm以内のレーザー測光式のオートフォーカス機能を有していること。

Ｅ　鏡基部には標準装備としてHDカラーカメラを内蔵していること。

Ｆ　照明方法は同軸照明で、陰影部に照明を照らす２軸照明機構であること。

Ｇ　鏡基部を前後方向へチルト運動させても左右のアシスタントスコープによる助手観察位置は水平を保つことができること。

Ｈ　システム全体のオートバランス調整は、HDグラフィックタッチスクリーン上のタッチ操作１つで完結すること。

Ｉ　ドレープ装着時にドレープ内の空気を吸引する機能を有すること。

Ｊ　術中血管観察が可能な機能を顕微鏡本体に内蔵されていること。

Ｋ　術中に腫瘍境界の観察が可能な機能を顕微鏡本体に内蔵されていること。

Ｌ　３Dシステムのカメラは、３ Chip カメラ２個を内蔵した１Box型であり、顕微鏡に搭載可能であること。

Ｍ　３Ｄ システムはボタン１つを押すだけで、一度に録画機、モニター、カメラコントロールユニットの電源ON/OFFが可能であること。

Ｎ　３D録画の開始と停止を顕微鏡のハンドグリップもしくはフットスイッチより行えること。

Ｏ　３Dの表示可能なフォーマットは、汎用性の高いSide　by　Side方式であることこと。

Ｐ　ＰＤＴレーザーの照射ユニットは顕微鏡に搭載できること。

Ｑ　顕微鏡は接続が確認されているオペレーションチェアのフットスイッチ経由でも操作が可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成27年10月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒770―8503 徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　池田　英樹　電話088―633―9559

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成27年８月21日から平成27年10月６日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成27年９月１日16時00分

⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Surgical microscope equipped with 3D visualization system and PD laser 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The system must provide all apochromatic optics.

B　The system must provide motorized magnification adjustment with zoom ratio 1 : 6 controlled by either handgrips or footswitch.

C　The system must provide variable adjustment of the working distance from 200mm to 500mm.

D　The system must provide autofocus function with laser measurement method within the accuracy of ±0.5mm.