◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34
○第４号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　磁気共鳴断層撮影システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成28年度１月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　磁気共鳴断層撮影システムは、静磁場強度3.0テスラを有する装置であること。
B　磁気共鳴断層撮影システムは、高画質な局所画像診断と機能定量性に優れた検査が可能であること。
C　磁気共鳴断層撮影システムは、既設の放射線情報システムよりＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠した患者及び検査情報を取得できること。
D　磁気共鳴断層撮影システムで取得した画像は、既存の画像保存システム（ＰＡＣＳ）にＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠したデータとして保存でき、既存の端末で参照可能なこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成28年４月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒734―8553 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学霞地区運営支援部契約グループ主査（契約主担当）　一木　良彦　電話082―257―5025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成28年２月22日から平成28年４月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成28年３月１日14時30分
⑵　開催場所　広島大学歯学部中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic resonance imaging system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The MRI system must have high field magnet at 3.0 tesla.
B　The MRI system can perform high quality local image diagnosis and quantifying capability of the MR examinations.
C　The MRI system must be connected to the radiological information system (RIS) installed in the Hiroshima University hospital, and it can communicate patient's and examination's information data with the RIS.
D　The image data obtained with MRI system must conform exactly to the standard of the DICOM3.0 and they can be viewed with the all client viewers in the Hiroshima University hospital.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 April, 2016
⑹　Contact point for the notice : Yoshihiko Ichiki, Chief, Contract Group, Kasumi Campus Management Support Office, Hiroshima University, 1―2―3 Kasumi Minami-ku Hiroshima-shi 734―8553 Japan, TEL 082―257―5025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 28 年２月 22 日
国立大学法人鹿児島大学
契約担当役理事　永井　義美
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　46
○第４号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　高精細医用画像統合管理・共有システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成28年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　各科外来・病棟等に設置された既存の内視鏡検査装置を、既存の病院ギガビットネットワークシステムに接続可能であること。
B　内視鏡検査用のデジタル医用画像（静止画・動画）保存機能を備え、内視鏡画像ファイリングシステムと接続可能であること。
C　内視鏡検査用のデジタル医用画像（静止画・動画）の添付機能を含む内視鏡診断レポート作成機能を備えていること。
D　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）と接続可能であり、病院情報システム端末で内視鏡のデジタル医用画像（静止画・動画）と内視鏡診断レポートを参照可能であること。
E　院外から持ち込まれた内視鏡画像と、院内で発生した内視鏡画像、その他の医用画像を混在させたＤＩＣＯＭ形式メディアを作成可能であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成28年４月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890―8520 鹿児島市桜ケ丘８―35―１　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院管理課調達係　吉井あけみ　電話099―275―5045
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成28年２月22日から平成28年４月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成28年３月７日10時00分
⑵　開催場所　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院管理棟第三会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The integrated high-definition medical imaging management system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　This system connect an endoscopy device installed in each outpatient department, ward to a hospital gigabit network system.
B　This system include a digital medical imaging (still image, video) storage function for the endoscopy and are connected to the endoscopic image filing system.
C　This system is included an endoscopic diagnosis report function which is able to attach function of digital medical imaging (still image, video) for the endoscopes.
D　This system can refer to the endoscopic diagnosis reports which attached endoscopic digital images with the hospital information (HIS) terminals.
E　This system can create the DICOM media which include multiple images (endoscopic images brought in by out of the hospital, inside the hospital, etc.).
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 April, 2016
⑹　Contact point for the notice : Akemi Yoshii, Procurement Section, Administrative Division, Kagoshima University Medical and Dental Hospital, 8―35―1 Sakuragaoka Kagoshima-shi 890―8520 Japan, TEL 099―275―5045

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 28 年２月 22 日
大阪税関総務部長　酒井　　清
◎調達機関番号　015　◎所在地番号　27
1　調達内容
⑴　品目分類番号　25
⑵　借入物品及び数量
埠頭監視カメラシステム　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成28年３月16日17時00分（郵便等の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒552―0021 大阪市港区築港４丁目10番３号　大阪税関総務部会計課用度係　大橋　幸司　電話06―6576―3041