招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成28年6月20日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構
金沢医療センター院長　鵜浦　雅志

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　17

○第06006号（№06006）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　ＤＲシステム　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　平成28年度第４・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　Ｘ線検出器は、間接変換方式のＦＰＤ（フラットパネル・ディテクタ）であること。

②　操作性に優れ、画像再構成及び画像処理が高速かつ容易に行えること。

③　仮想グリッドシステムが導入されていること。

④　長尺撮影に対応できるシステムであること。

⑤　システムに電源電圧100Ｖに対応できるドライレーザーイメージャーを組み込むこと。

⑥　ポータブル撮影に関しては、無線環境での対応ができること。

⑦　迅速かつ安定した保守・支援体制があり、ユーザーの利用時に十分な支援を行えること。

⑧　当院の病院情報システムとの連携対応が可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成28年８月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒920―8650 石川県金沢市下石引町１－１　独立行政法人国立病院機構金沢医療センター企画課長　欠　　重樹　電話076―262―4161　内線2431

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成28年６月20日から平成28年８月５日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会は開催しない。

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Digital Radiography System 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procuremet :

①　X-ray detector, it is an indirect conversion type FPD (Flat Panel Detector)

②　Excellent operability, image reconstruction and image processing are fast and easy

③　Introduce a virtual grid system

④　Correspond to long scale photograraphing

⑤　Incorporate a dry laser imager which can support power supply voltage100Ｖ

⑥　Support portable radiography of the wireless environment

⑦　Provide a rapid and stable maintenance and support system, support itsufficiently at the time of the user's use

⑧　The coordination should be established with the hospital information system used at this hospital

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M August 5, 2016

⑹　Contact point for the notice : Shigeki Gake, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center, 1―1 Shimoishibiki-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken 920―8650, Japan. TEL 076―262―4161 ext. 2431

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

平成28年6月20日

国立研究開発法人国立がん研究センター
理事長　中釜　　斉

◎調達機関番号　611　◎所在地番号　13

○第８号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　購入等物品及び数量

①　一般撮影装置システム　一式

②　マルチスライスＣＴ装置　一式

2　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　平成28月７日11日12時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒104―0045 東京都中央区築地５－１－１　国立がん研究センター総務部総務課調達企画室調達第１係　河野　晋一　電話03―3542―2511　内線2159

3　仕様書案の交付

⑴　交付期間　平成28年６月20日から平成28年７月11日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :

①　Radiography system 1 set

②　Multi-slice CT system 1 set

⑶　Basic requirements of the procurement : Details are shown on the description document

⑷　Time-limit for the submission of comments : 12 : 00 A.M. July 11, 2016

⑸　Contact point for the notice : Shinichi Kouno, Procurement Policy Planning Division, National Cancer Center, 5―1―1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104―0045, Japan. TEL 03―3542―2511 ext. 2159

随意契約

随意契約に関する公示

次のとおり随意契約について公示します。

平成28年6月20日

契約等担当職　日本中央競馬会
システム管理部システム総務課長
坂田　一行

◎調達機関番号　236　◎所在地番号　13

○28日競システムサ第４号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71

⑵　購入等件名及び数量　８次現金投票システム導入・展開開発　一式

2　随意契約の予定日　平成28年７月11日

3　随意契約によることとする「政府調達に関する協定」の規定上の理由　ｂ「技術的理由による競争の不存在」

4　随意契約を予定している相手方の名称
ＪＲＡシステムサービス㈱

5　担当部局　〒106―8401 東京都港区六本木６―11―１　日本中央競馬会　システム管理部システム総務課　ＴＥＬ03―3591―5251

6　Summary

⑴　Classification of the services to be procured : 71

⑵　Nature and quantity of the services to be purchased : Computer System

⑶　Expected date of the contract award : 11, July, 2016

⑷　Reasons for the use single tendering procedures as provided for in the Agreement on Government Procurement : ｂ "Absence of Competition for Technical Reasons"

⑸　Contact point for the notice : Section Manager of Systems Management Contract Section of Systems Management Department Japan Racing Association, 6―11―1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106―8401 Japan TEL 03―3591―5251