(4) Basic requirements of the procurement :
A To install and run a network infrastructure to secure the stable operation of the integrated hospital information system and clinical activities.
B To install and run a network infrastructure, including firewalls and security systems against targeted cyber-attacks and computer viruses, to ensure safe accesses to the Internet from internal terminals for clinical, educational and research activities.
C To install and run a network infrastructure with high speed communication capabilities, for clinical activities in the outpatient building and stable operations of PACS (Picture Archiving and Communication System).
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 26 September, 2016
(6) Contact point for the notice : Shoji Matsui, Procurement Section, Accounting Division, the University of Tokyo Hospital, 7—3—1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113—8655 Japan, TEL 03—5800—8616

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 28 年 8 月 26 日
国立大学法人東京大学総長　五神　　真
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13
**○第 10 号**
1　調達内容
(1) 品目分類番号　14
(2) 導入計画物品及び数量　電子カルテアプリケーションシステム端末向け仮想化基盤　一式
(3) 調達方法　借入
(4) 導入予定時期　平成29年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A 別途調達する総合医療情報システムのクライアント端末環境を仮想化するための環境を構築すること。
B 端末仮想化基盤の実現に必要なサーバハードウェア、ソフトウェアシステム、パソコンによる端末機器、ネットワーク機器を導入し稼働させること。
C 2000台規模の同時アクセスに対応が可能なシステム性能を有すること。
D 冗長化された構成であり、24時間365日の継続運用が可能な情報基盤であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成28年９月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提出先　〒113—8655 東京都文京区本郷７－３－１　東京大学医学部附属病院管理課経理チーム　松井　照治　電話03—5800—8616
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成28年８月26日から平成28年９月26日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成28年９月２日14時30分
(2) 開催場所　東京大学医学部附属病院管理課会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 14
(2) Nature and quantity of the products to be rent : The Virtualization System for Server-based Virtual Applications of the Electronic Medical Record System 1 set
(3) Type of the procurement : Rent
(4) Basic requirements of the procurement :
A To install and run a client virtualization system for electronic medical record system and providers' order entry system, which will be installed separately.
B To install and run a client virtualization system, including software systems, server hardware, client terminals, and network devices.
C To install and run a client virtualization system, which enables stable operations for about concurrent 2,000 client terminals.
D To install and run a client virtualization system, which can be run around the clock with a redundant configuration.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 26 September, 2016
(6) Contact point for the notice : Shoji Matsui, Procurement Section, Accounting Division, the University of Tokyo Hospital, 7—3—1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113—8655 Japan, TEL 03—5800—8616

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 28 年 8 月 26 日
国立大学法人新潟大学長　髙橋　　姿
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　15
**○第１号**
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　自動洗浄消毒装置　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　平成29年度１月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A 洗浄・消毒・乾燥装置
a 全自動で、洗浄・消毒・乾燥が行えるジェット式洗浄装置であり、かつ超音波洗浄機能を有していること。
b 機器の構成は単層タイプが６台、あるいは多層タイプと単層タイプの複合形式であること。
c 清潔エリアから不潔エリアへラックを自動搬送するリターンコンベアを有すること。
d 機器の稼働状況をリアルタイムに監視し、また履歴データを蓄積するシステムを有すること。
e 本院既存の所在管理システムとの連携が行える仕様であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成28年10月11日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒951—8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係　野水　忠宏　電話025—227—0970
3　説明書の交付本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成28年８月26日から平成28年10月11日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成28年９月８日14時00分
(2) 開催場所　新潟大学医歯学総合病院西診療棟３階　第２会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Automatic washing and disinfection system 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A Requirements for a washing, disinfection and drying system :
a It must be a fully automatic jet washer system with cleaning, disinfection and drying functions ; in addition, it must have ultrasonic cleaning functionality ;
b It must be composed of six single-tank systems or a combination of multi-tank and single-tank systems ;
c It must be equipped with a return conveyor that automatically transports the racks from the clean area to non-clean area ;
d It must be able to monitor the operation of the system real-time and maintain historical data of its operation ;