イ　2⑺に掲げる競争参加資格の要件を申請書等提出時において満たせない者も4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該要件を満たしていなければならない。

⑾　詳細は入札説明書による。

6　契約に係る情報提供の協力依頼

次のいずれにも該当する契約先は、当機構から当該契約先への再就職の状況、当機構との間の取引等の状況について情報を公開することとなりましたので、御理解と御協力をお願いいたします。

なお、詳細については、入札説明書を参照して下さい。

⑴　当機構において役員を経験した者が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していること。

⑵　当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること。

7　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Masahiko Hasegawa, Superintendent, Hokkaido Shinkansen Construction Bureau, Railway Construction Headquarters, Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency.

⑵　Classification of the services to be procured : 41

⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Oshima Tunnel (Daibayama).

⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 5 : 00 P.M. 27, January 2017.

⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 12 : 00 P.M. 10, March 2017 (tenders brought or submitted by mail : 12 : 00 P.M. 10, March 2017).

⑹　Contact point for tender documentation : Contract Division, Hokkaido Shinkansen Construction Bureau, Railway Construction Headquarters, Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency, Nishi 1―1, Kita 2, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060―0002 Japan, TEL 011―231―3489

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成28年12月19日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構
北海道がんセンター院長　近藤　啓史

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　01

○第00113号（№00113）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

①　マルチスライスＣＴ　１式
②　ＭＲＩ　１式
③　血管連続撮影装置　２式
④　高度放射線治療装置　１式
⑤　ＰＥＴ―ＣＴ装置　１式
⑥　Ｘ線透視撮影装置　１式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　平成30年度第２・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　マルチスライスＣＴ

Ａ　１スキャンで256スライス以上撮影することができること。

Ｂ　全肺や全腹部を数秒で撮影する能力があること。

②　ＭＲＩ

Ａ　1.5テスラ以上の磁場強度を有する磁気共鳴画像装置であること。

Ｂ　頭部、躯幹部、四肢などすべての検査で高精細な画像が迅速に撮影でき、解析機能が充実していること。

Ｃ　高速処理可能な高性能な操作コンソールを有し、操作性に優れていること。解析診断用のワークステーションを備えていること。

③　血管連続撮影装置

Ａ　不整脈の診断、治療と頭腹部及び下肢の血管造影による診断、治療及び全身の血管造影による診断、治療が安全に行えること。

Ｂ　Ｃアームは１方向または２方向を有し、迅速にアームの角度を設定でき、任意の方向からデジタル透視、デジタル撮影ができること。

Ｃ　フラットパネルディテクタは、血管造影による診断・治療が行えること。

Ｄ　デジタル画像処理システムは血管内治療を支援する機能や解析機能を有すること。

Ｅ　患者、術者、スタッフに対する被ばく低減機構を有すること。

④　高度放射線治療装置

Ａ　多目的な治療に対応が可能であること。

Ｂ　遮蔽能力の高い多分割コリメータを有すること。

Ｃ　システムとして安全で簡便な操作性を有し、高精度な放射線治療への対応が可能であること。

⑤　ＰＥＴ―ＣＴ装置

Ａ　マルチスライスＸ線ＣＴ装置を搭載したＰＥＴ―ＣＴ複合装置であること。

Ｂ　ＰＥＴと他のモダリティ（ＣＴ、ＭＲＩ等）の画像重ね合わせ（イーメジフュージョン）が可能なこと。

⑥　Ｘ線透視撮影装置

Ａ　透視撮影ができること。

Ｂ　動画記録ができること。

Ｃ　寝台の水平位が可能であること。

Ｄ　フラットパネルディテクタを有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成29年２月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒003―0804 北海道札幌市白石区菊水４条２丁目３番54号　独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター契約係長　加藤　賢司　電話011―811―9111　内線239

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成28年12月19日から平成29年２月６日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会は開催しない。

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :

①　Multi-slice Computed Tomography System 1 set
②　Magnetic Resonance Imaging System 1 set
③　Serial Angiographic System 2 sets
④　High Radiationtherapy System 1 set
⑤　Positoron Emission Tomography-CT 1 set
⑥　X-ray fluoroscope Radiography System 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　Multi-slice Computed Tomography System 1 set

A　The system should be capable of scanning more than 256 slices data during one rotation

B　The system should have ability that could scan either whole lung or abdomen in few seconds

②　Magnetic Resonance Imaging System 1 set

A　Magnetic field strength should be 1.5 Tesla or more

B　The images of examination in head, body and extremities are enable to examine speedily with high resolution images

C　The console unit must provide high performance capability and exceptional in operation