c　移動型外科用Ｘ線装置は、Ｃアーム型装置であること。患者、従事者に対する被ばく低減機構を有すること。

d　既存システムおよびシステム間の相互接続はＤＩＣＯＭ規格及びＩＨＥの統合プロファイルに準拠していること。

B　手術部放射線診断システム

a　回診用Ｘ線撮影装置は、Ｘ線検出器として無線式フラットパネルディテクタを有し、既存システムと接続が可能であること。

b　移動型外科用Ｘ線装置はＤＳＡ機能を有し、周辺機器として造影剤自動注入装置を有すること。患者、従事者に対する被ばく低減機構を有すること。

c　既存システムおよびシステム間の相互接続はＤＩＣＯＭ規格及びＩＨＥの統合プロファイルに準拠していること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成29年４月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　菊地　宏隆　電話022―217―4869

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成29年３月13日から平成29年４月28日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成29年３月23日11時15分

⑵　開催場所　東北大学病院仮管理棟４階第一会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Radiographic Diagnosis System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Radiographic diagnosis system for emergency and critical care center

a　The general X-ray system shall have ceiling mounted X-ray tube, bucky wall stand and a bucky table.

b　The X-ray image processing system shall have a flat panel detector of a wired type and a wireless type. The system should be connected with the existing system.

c　Mobile X-ray radiography system should be mobile C-arm X-ray tube systems. The system should have the function of radiation exposure reduction of patients and the staff.

d　Interconnection between existing and new systems should be in conformity with the DICOM (Digital imaging and Communications in Medicine) standards and the IHE integration profiles.

B　Radiographic diagnosis system for the operation rooms

a　The portable radiography system should have a wireless flat panel detector. The system should be connected with the existing systems.

b　Mobile X-ray radiography system shall have a digital subtraction angiography (DSA) function and have a contrast media injector system. The system should have the function of radiation exposure reduction of patients and the staff.

c　Interconnection between existing and new systems should be in conformity with the DICOM (Digital imaging and Communications in Medicine) standards and the IHE integration profiles.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　28 April, 2017

⑹　Contact point for the notice : Hirotaka Kikuchi, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

○第 23 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量
眼科手術システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成29年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　眼科手術システムは、白内障手術、硝子体手術、網膜冷凍手術等、眼科手術に対応可能な機器を有するシステムであること。

B　眼科手術時の手術野を正確に診断でき、眼科手術において十分な光学系の精密さを持った、可動式手術顕微鏡を有するシステムであること。

C　既存の病院情報システムとの連携ができること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成29年４月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　菊地　宏隆　電話022―217―4869

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成29年３月13日から平成29年４月28日まで。

⑵　交付場所　上記2⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成29年３月23日11時00分

⑵　開催場所　東北大学病院仮管理棟４階第一会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ophthalmic Surgery System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The ophthalmic surgery system should be a system equipped with devices that allow for the support of ophthalmic surgeries, including cataract surgery, vitreous surgery, and retinal cryotherapy surgery.

B　This system should be equipped with a movable surgical microscope with an optical system precise enough for ophthalmic surgery, and allow for the accurate diagnosis of conditions in the surgical field during ophthalmic surgery.

C　Links with existing hospital information systems are possible.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　28 April, 2017

⑹　Contact point for the notice : Hirotaka Kikuchi, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

○第 24 号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　手術台　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成29年度10月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　手術台は、電動で高さを調節できる機能を有すること。

B　キャスターを有し、手術台単体で移動可能なこと。

C　各科の手術ポジショニング及び低侵襲手術に対応可能であること。

D　手術を行うために必要な付属品を有すること。

E　全身の透視が可能な手術台を有すること。

F　過重体重患者に対応可能であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成29年４月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）