⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　Ａ　検出器160列以上を装備したＣＴ装置であること。
　Ｂ　空間分解能に優れた撮影に対応可能なＣＴ装置であること。
　Ｃ　薄層スライス用の画像サーバ、画像処理用ネットワーク型ワークステーション、高精細対応画像ビューアを有すること。
　Ｄ　本院の放射線情報システム（ＲＩＳ）より、ＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠した患者及び検査情報を取得できること。
　Ｅ　取得した画像は、本院画像保存システム（ＰＡＣＳ）にＤＩＣＯＭ3.0通信規格に準拠したデータとして保存でき、本院の端末で参照可能なこと。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成29年５月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒734―8553 広島市南区霞一丁目２番３号　広島大学霞地区運営支援部契約グループ主査（契約主担当）　一木　良彦　電話082―257―5025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成29年３月27日から平成29年５月12日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成29年４月３日15時00分
⑵　開催場所　広島大学歯学部中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High Resolution Computed Tomography System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　The new CT scanner must have 160 or more detectors-rows.
　B　The new CT scanner must achieve high spatial resolution scan.
　C　The new CT scanner system must have image viewer supported high resolution, 3D network type workstation and image saver for thin slice images.
　D　The new CT scanner system must be connected to the radiological information system (RIS) in the Hiroshima University Hospital, and it can communicate the patient's information data with the RIS in the Hiroshima University Hospital.
　E　The image data obtained with the new CT scanner must conform to the standard of the DICOM3.0 Picture Archiving and Communication System (PACS) and they can be viewed with the all client viewers in the Hiroshima University Hospital.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　12 May, 2017
⑹　Contact point for the notice : Yoshihiko Ichiki, Chief, Contract Group, Kasumi Campus Management Support Office, Hiroshima University, 1―2―3 Kasumi Minami-ku Hiroshima-shi 734―8553 Japan, TEL 082―257―5025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 29 年 3 月 27 日
国立大学法人香川大学長　長尾　省吾
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　37
○第５号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　磁気共鳴画像診断装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成29年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　Ａ　超電導マグネットで3.0Ｔ以上の磁場強度を有し、高分解能撮影が可能なこと。
　Ｂ　全身の検査が可能であり、中枢神経機能画像、灌流画像解析、拡散強調画像、ＭＲスペクトロスコピーなど先進的な画像検査が可能であり、大学病院として研究に対応できる装置であること。
　Ｃ　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システムおよび医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。
　Ｄ　既設の放射線情報システム（ＲＩＳ）より患者および検査情報を取得できること。
　Ｅ　安定した迅速な保守支援体制があり、ユーザ使用の時に十分な支援を行なうことができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成29年５月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒761―0793 香川県木田郡三木町大字池戸1750―１　香川大学医学部管理課専門職員（契約）　新田　浩幸　電話087―891―2492
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成29年３月27日から平成29年５月12日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成29年４月５日15時00分
⑵　開催場所　香川大学医学部管理棟中会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic Resonance Imaging system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　The system must have magnetic field strength of 3.0T or more with a superconducting magnet to provide high resolution images.
　B　The system should have a sufficient performance for University research use and also able to perform MR examinations of the whole body and should contain advanced performance applications, including neural functional image, perfusion analysis, diffusion weighted image, magnetic resonance spectroscopy (MRS).
　C　The system should have an interface to communicate with the existing hospital information system (HIS), radiology information system (RIS), radiology reporting system, and picture archiving and communication system (PACS).
　D　The system should acquire a patient's and examination's information data communication from existing radiation information system (RIS).
　E　Prompt and stable maintenance services is required and have to be capable to support at the time of usage.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　12 May, 2017
⑹　Contact point for the notice : Hiroyuki Nitta, Procurement Section, Accounting Division, Kagawa University, 1750―1 Oaza Ikenobe Miki-cho Kita-gun Kagawa 761―0793 Japan, TEL 087―891―2492

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 29 年 3 月 27 日
国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当理事　黒瀬　泰平
◎調達機関番号　592　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等物品及び数量　最先端ＡＩデータテストベッド計算機資源　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成29年４月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒184―8795 東京都小金井市貫井北町４－２－１　情報通信研究機構ソーシャルイノベーションユニット総合テストベッド研究開発推進センター　青木　哲郎　電話042―327―6005