(4) Delivery period : 28 June 2019
(5) Delivery place : To be specified later
(6) Time limit of tender : 11 : 00 29 May 2017
(7) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall have been qualified through the examination of qualifications by JAPAN POST BANK Co., Ltd. for participating in tenders for manufacturing or purchasing equipment.
(8) Contact point for the notice : Tomoaki Fukuzawa, General Administration Department, Corporate Service Unit, JAPAN POST BANK Co., Ltd. 1―1 Uchisaiwai-cho, 2-Chome Chiyoda-ku, Tokyo 100―0011 Japan. TEL 03―3504―4691

入札公告の取消

平成29年4月6日
国立大学法人広島大学　契約担当職
理事（財務・総務担当）　片山　純一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34
○第21号
平成29年3月13日付（号外政府調達第48号・28ページ）掲載の入札公告第21号「高速レーザー共焦点顕微鏡システム　一式」を取り消します。

入札公告の取消

平成29年4月6日
国立大学法人広島大学　契約担当職
理事（財務・総務担当）　片山　純一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34
○第22号
平成29年3月13日付（号外政府調達第48号・29ページ）掲載の入札公告第22号「植物用高性能質量分析システム　一式」を取り消します。

招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成29年4月6日
国立大学法人東北大学理事　佃　　良彦
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第2号
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　材料部支援システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　平成29年度10月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　洗浄滅菌システム
a　洗浄エリア、組立エリア、滅菌保管エリアの3ゾーンが明確に区分けされた設備であること。
b　医療器材の洗浄、除染処理、乾燥の一連の工程に則って行えること。
c　手術や治療処置に使用する鋼製小物やコンテナセットの医療器材は、高圧蒸気による滅菌、酸化エチレンガスによる滅菌が行えること。
d　医療器材の洗浄・滅菌を効果的に行うため、また、機器の劣化を防ぐため、洗浄滅菌機器へRO水が供給される機能を有すること。さらに、手術部においても手洗い時にRO水が供給される機能を有すること。
e　洗浄機器として、ウォッシャーディスインフェクター、カートウォッシャー、システム流し台、真空洗浄乾燥機、減圧煮沸式洗浄機を有すること。
f　滅菌機器として、高圧蒸気滅菌装置、酸化エチレンガス滅菌装置を有すること。
g　医療器材の材質、形状、構造にあった洗浄ラックを有すること。
h　当院が想定する設置仕様要件にあったシステムであること。
i　洗浄滅菌器と滅菌物品管理システムとの連携ができること。
j　滅菌物をパックする機器として、印字機能を単回、連続的にシールするバックシーラーを有すること。
k　洗浄した医療器材を乾燥する機器として、器具用乾燥装置を有すること。
B　垂直自動回転棚システム
a　天井空間を活かした省スペース性を有する医療器材保管用の収納システムであること。
b　安全な作業を可能とするセンサー機能を有するシステムであること。
c　使用者の負担を軽減できる入出庫、所在の集中管理機能を有していること。
d　当院が想定する設置仕様要件にあったシステムであること。
e　回転棚と滅菌物品管理システムとの連携ができること。
C　材料管理システム
材料管理システムは、履歴管理システム、材料部機器管理システム、洗浄滅菌オーダーシステム、手術材料管理システムの4システムから構成されること。
a　履歴管理システム
(1) ひとつひとつの鋼製器具や滅菌コンテナについて使用履歴が管理できること。
(2) 使用履歴管理は、一般社団法人日本医療機器工業会による「鋼製器具2次元シンボル表示標準ガイドライン」に則ったマーキングシステムであること。
(3) ゲート、洗浄機、滅菌器、回転保管棚と連動し、鋼製器具や滅菌コンテナの所在を明確にできること。
(4) 洗浄機、滅菌器、短時間判定用生物学的モニタリングシステムと連動し、鋼製器具や滅菌コンテナの洗浄状況履歴、滅菌状況履歴を管理し、リコール情報を示すこと。
(5) 鋼製器具の滅菌期限、修理情報を鋼製器具のマーキングを読み込むことで表示できること。
(6) 新たな鋼製器具を随時登録できること。
(7) 既存の鋼製器具にマーキングを施せること。
b　材料部機器管理システム
(1) 洗浄機、滅菌器の稼働状況を一元的に管理できること。
(2) 各種材料セットの組み立て支援が行えること。
c　洗浄滅菌オーダーシステム
(1) 既存の病院情報システムから洗浄滅菌のオーダーができること。
d　手術材料管理システム
(1) 既存の病院情報システムや手術システムと連携でき、手術オーダーに応じて鋼製器具や衛生材料セットの準備支援が行えること。
(2) 手術術式に応じて、回転保管棚と連動し、必要な鋼製器具が自動で取り出しできること。
(3) 手術の順番に合わせて、必要な鋼製器具の準備状況をモニターで示せること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成29年5月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平2―1―1　東北大学財務部調達課調達第一係長　菊地　宏隆　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成29年4月6日から平成29年5月22日まで。
(2) 交付場所　上記2(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成29年4月13日15時15分
(2) 開催場所　東北大学病院医学部3号館7階共用会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Central Supply Support System 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A　Cleaning and sterilization system
a　The facilities are clearly demarked into three zones, for cleaing, equipment assembly, and sterile storage.
b　Washing, discontamination and drying of medical equipment can be performed as a single series of processes.
c　Medical equipment that is used for surgery or other therapeutic procedures, such as steel instruments and container sets, is sterilized using high-pressure steam and／or ethylene oxide gas.
d　For effective washing and sterilization of medical equipment, and to prevent deterioration of devices, the system has the function of providing the