⑶　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑷　落札者の決定方法　上記３⑴①に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
⑸　本工事に係る申請書及び資料の提出にあたって、ＶＥ提案により施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書を提出すること。ただし、ＶＥ提案が適正と認められなかった場合においては、標準案により入札に参加できる。また、標準案に基づき施工しようとする場合は、標準案によって入札に参加する旨を記載すること（詳細は入札説明書による。）。
⑹　手続における交渉の有無　無。
⑺　契約書の作成の要否　要。
⑻　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無。
⑼　技術提案書のヒアリングは、必要に応じて行う。
⑽　ＶＥ提案の採否　ＶＥ提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と併せて通知する。
⑾　関連情報を入手するための照会窓口　上記４⑴と同じ。
⑿　一般競争参加資格を有していない者の参加　上記２⑶に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記４⑶により競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⒀　詳細は入札説明書による。

6　Summary
⑴　Contracting Entity : KUBO Chiharu President of Kyushu University.
⑵　Classification of the services to be procured : 41.
⑶　Subject matter of the contract : Contaminated soil processing work of the site of Former Faculty of Engineering Building 2, Hakozaki Campus, Kyushu University
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 P.M, 9 May, 2017
⑸　Time-limit for the submission of tenders : 12 : 00 P.M, 30 June, 2017 (tenders submitted by mail : 12 : 00 P.M, 30 June, 2017)
⑹　Contact point for tender documentation : Construction and Contract Section, Construction Planning Division Facilities Department Kyushu University 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka, Japan 819―0395 Tel : 092―802―2045

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 29 年４月 17 日
国立長寿医療研究センター
理事長　鳥羽　研二
◎調達機関番号　616　◎所在地番号　23
○第４号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＭＲＩ（3.0）一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成29年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　静磁場強度が3.0テスラ以上の超伝導ＭＲＩ装置であること。
②　マグネット本体はコンパクトな設計で、広い領域において良好な静磁場均一性を有すること。
③　ガントリーは開口部が広く、検査時の被検者への圧迫感を軽減する配慮がなされた設計であること。
④　頭頸部、躯幹部、四肢、心臓など全ての領域において高精細な画像を短時間で撮像可能であり、解析機能が充実していること。
⑤　各撮像領域に対応した高Ｓ／Ｎの受信または送受信コイルを有し、その設計は検査効率を充分に考慮したものであること。
⑥　造影および非造影のＭＲＡが撮像可能であること。
⑦　ＤＴＩおよびfunctional ＭＲＩが可能であること。
⑧　操作コンソールはワークフローを考慮し操作性に優れ画像の高速処理、多機能を可能にしていること。
⑨　ＤＩＣＯＭ 3.0に対応しており、将来の機能拡充に対応できること。
⑩　迅速な保守体制及びユーザー支援体制を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成29年６月２日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒474―8511 愛知県大府市森岡町７丁目430番地　国立長寿医療研究センター契約係長　成瀬　功一　電話0562―46―2311 内線2603
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成29年４月17日から平成29年６月２日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を下記のとおり開催する。
⑴　開催日時　平成29年４月28日
⑵　開催場所　センター会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic Resonnance Imaging System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The system must be a superconductive imager with field strength of more than 3.0 Tesla
②　The system should own a compact magnet with a wide range of field homogeneity
③　The system must have a gantry with wide bore to maximize patients' comfort
④　Images of the head and neck, body, extremities and heart must be taken at high speed with high spatial resolution. Function for image analysis should be substantial
⑤　The system must have transmitter and／or receiver coils designed for each area of the body, which allow efficient data acquisition with a high signal-to-noise ratio
⑥　Magnetic resonance angiography with or without contrast administration should be possible
⑦　DTI and functional MRI should be possible
⑧　The console should have many functions, superior operation system and should process images with high speed
⑨　The system should be based on DICOM 3.0 format and should have sufficient flexibility to the system upgrading in future