(3) Type of the procurement : lease
(4) Basic requirements of the procurement : as enclosure
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 15　18 August, 2017
(6) Contact point for the notice : Communications Facilities Division, Fukui Prefectural Info-Communications Department, Chubu Regional Police Bureau, 3―17―1 Ote Fukui-shi 910―8515 Japan. TEL 0776―22―2880

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成29年7月18日

国立大学法人新潟大学長　髙橋　　姿

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　15

○第３号

1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　鏡視下手術総合システム　一式
(3) 調達方法　借入
(4) 導入予定時期　平成30年度９月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　先端が４方向に湾曲するフレキシブルスコープにより３Ｄ内視鏡観察が可能なシステムであること。
B　４Ｋ／３Ｄ高画質モニターにより手術画像を４Ｋ高画質で映し出せること。
C　３Ｄシステムおよび４Ｋ高画質システムは、ビデオスコープのみならず、カメラヘッドや軟性鏡も使用可能であること。
D　ＩＲ術中蛍光観察機能を備え、ＩＲ画像は単色光モードとカラーモードを有すること。
E　消化器内視鏡機器により術中に消化管内の観察を可能とすること。
F　内視鏡システム設定や機器操作はタッチパネルモニターで一括操作できること。
G　導入システムにおいて故障発生時の代替品用意に加え、修理保証、保守定期点検が組み込まれていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成29年９月４日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係　野水　忠宏　電話025―227―0970

3　説明書の交付本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成29年７月18日から平成29年９月４日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成29年７月28日11時00分
(2) 開催場所　新潟大学医歯学総合病院西診療棟３階　第３会議室

5　その他この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be rent : Integrated endoscopic surgical system 1 Set
(3) Type of the procurement : Rent
(4) Basic requirements of the procurement :
A　The flexible scope whose tip is curved in four directions needs to be compatible with 3D endoscopic observation.
B　The 4K／3D high image quality monitor enables to display surgical images with 4K high image quality.
C　The 3D system and the 4K high image quality system require not only video scope but also camera head and flexible endoscope to be usable
D　IR fluorescence observation function must be equipped and IR image must have monochromatic light mode and color mode
E　Gastrointestinal endoscopic instruments need to be able to observe the gastrointestinal tract during surgery.
F　Endoscope system setting and device operation are required to be operable with the touch panel monitor.
G　It is necessary to guarantee three points : regular maintenance and inspection, substitute preparation at the time of equipment failure and repair.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　4　September, 2017
(6) Contact point for the notice : Tadahiro Nomizu, Procurement Section, Niigata University Medical and Dental Hospital, 754 Asahimachidori 1-bancho Chuo-ku Niigata-shi 951―8520 Japan, TEL 025―227―0970

○第４号

1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　ハイブリッド手術室用治療装置システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　平成30年度６月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　Ｃアームは、天井走行式の血管撮影装置であること。
B　広範囲な可動域を有し、血管内治療から外科治療まで幅広く対応できるルームレイアウトを実現できるシステムであること。
C　手術台は、血管撮影装置と連動可能であること。
D　Ｘ線検出器は、フラットパネルディテクタを搭載しており、高画質を得ることが可能であること。
E　ステントグラフト内挿術や、大動脈弁狭窄症等の構造的心疾患に対する治療手技を、支援するインターベンション支援機能を有すること。
F　無影灯が設置されていること。
G　手術台はカーボン製で、開心術を含めた手術にも対応可能なこと。
H　画像モニター、患者生態モニターを有しており、手術室、操作室に表示モニターを搭載すること。
I　情報管理システムは、病院情報システム（ＨＩＳ）と接続し、患者情報、オーダー情報、実施情報の連携を行うこと。
J　検査機器を管理する機能を備えていること。
K　既存の医用画像情報管理システム（ＰＡＣＳ）、放射線レポートシステム、超音波レポートシステム、動画ネットワークシステムとの連携を行うこと。
L　血管撮影装置と既存のＰＡＣＳ、ワークステーションとの接続により、画像の送受信ができること。
M　システム設置及びハブリッド手術室として認可を得られるよう工事を行うこと。
N　カテーテル治療のための周辺機器等を装備すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　平成29年９月４日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係　野水　忠宏　電話025―227―0970

3　説明書の交付本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　平成29年７月18日から平成29年９月４日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　平成29年７月25日14時00分
(2) 開催場所　新潟大学医歯学総合病院西診療棟３階　第１会議室

5　その他この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。