B　The Cyclotron and PET tracer laboratory system should have a capability of stable supply of C-11, N-13, O-15, F-18 and kinds of nuclide of metals.

C　The PET tracer laboratory system should have a capability of synthesizing and quality control of radiopharmaceuticals labeled with O-15, C-11, N-13 and F-18 for clinical diagnostic imaging.

D　The Cyclotron and PET tracer laboratory system should have useful peripheral apparatus for management of the system.

(5)　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27　November, 2017

(6)　Contact point for the notice : Masaya Okuda, Contract Section, Accounting and Procurement Division, Kyoto University Hospital, 54 Kawahara-cho Shogoin Sakyo-ku Kyoto-shi 606―8507 Japan, TEL 075―751―3025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 29 年 10 月 11 日

国立大学法人京都大学長　山極　壽一

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第６号

1　調達内容

(1)　品目分類番号　22、31

(2)　導入計画物品及び数量

デジタルＸ線ＴＶシステム　一式

(3)　調達方法　購入等

(4)　導入予定時期　平成30年度９月以降

(5)　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　今回調達するデジタルＸ線ＴＶシステムはＣアーム型デジタルＸ線ＴＶシステムとオーバーチューブ型デジタルＸ線ＴＶシステムの調達を予定している。

B　２台のデジタルＸ線ＴＶシステムは、透視撮影台は昇降ができ、天板を患者や術者に合わせた高さにする機能を有すること。フラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）は42cm×42cmの大視野サイズ（四角形）を有すること。画素サイズ148μm、濃度分解能は透視14bit、撮影16bitを有し、画像周辺部の歪みなく、撮影後の画像処理で精細な画像を得る機能を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1)　資料等の提供期限　平成29年11月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

(2)　提供先　〒606―8507 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学医学部附属病院経理・調達課契約掛　奥田　昌也　電話075―751―3025

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1)　交付期間　平成29年10月11日から平成29年11月27日まで。

(2)　交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1)　開催日時　平成29年10月23日14時00分

(2)　開催場所　京都大学医学部附属病院Ｅテレ会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

(1)　Classification of the products to be procured : 22, 31

(2)　Nature and quantity of the products to be purchased : The digital X-ray TV system 1 Set

(3)　Type of the procurement : Purchase

(4)　Basic requirements of the procurement :

A　The digital X-ray TV systems to this procurement are composed of C-arm type and over tube type.

B　X-ray tables of the systems can be raised and lowered to appropriate height according to the patients and operators. Flat panel detector (FPD) of the X-ray system has a large square viewing field size of 42×42cm. The X-ray system has a pixel size of 148μm, a density resolution of 14bit in fluoroscopy and 16bit photography, and can obtain an fine image without distortion to which processing can be added after making images.

(5)　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27　November, 2017

(6)　Contact point for the notice : Masaya Okuda, Contract Section, Accounting and Procurement Division, Kyoto University Hospital, 54 Kawahara-cho Shogoin Sakyo-ku Kyoto-shi 606―8507 Japan, TEL 075―751―3025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 29 年 10 月 11 日

国立大学法人愛媛大学長　大橋　裕一

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　38

○第４号

1　調達内容

(1)　品目分類番号　22、31

(2)　導入計画物品及び数量　内視鏡手術システム　一式

(3)　調達方法　借入

(4)　導入予定時期　平成30年度６月以降

(5)　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　内視鏡下手術を支援する装置であること。

B　患者への安全性が十分確保されていること。

C　術者は高画質な画像で術野を同定できること。

D　フレキシブルスコープは操作性がよく、あらゆる術式で良好な視野を得ることができること。

E　内視鏡手術用エネルギー装置は患者に与える侵襲が最小であり、かつ手術を行う上で安全で必要十分なエネルギーを供給できること。

2　資料及びコメントの提供方法上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1)　資料等の提供期限　平成29年11月30日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）

(2)　提供先　〒791―0295 愛媛県東温市志津川　国立大学法人愛媛大学医学部経営管理課調達第二チーム　山中　雄偉　電話089―960―5214

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1)　交付期間　平成29年10月11日から平成29年11月30日まで。

(2)　交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1)　開催日時　平成29年10月20日16時00分

(2)　開催場所　国立大学法人愛媛大学医学部会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

(1)　Classification of the products to be procured : 22, 31

(2)　Nature and quantity of the products to be rent : Endoscopic Surgery System 1 Set

(3)　Type of the procurement : Rent

(4)　Basic requirements of the procurement :

A　The system should be a medical device to assist endoscopic surgery.

B　Safty to patient should be sufficiently secured in the system.

C　The system enables surgeon to identify the operative field during surgery with high definition image.

D　The system should include a flexible scope that provides good handleability and good views in several types of operations.

E　Cautery devices for the endoscopic surgery should be minimally invasive to patients, and the devices should be able to securely provide necessary and sufficeint energy for the operation.

(5)　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 15　30　November, 2017

(6)　Contact point for the notice : Yuki Yamanaka, Procurement and Contracts Ⅱ, Management and Accounting Division, National University Corporation Ehime University School of Medicine, Shitsukawa Toon-shi Ehime Pref. 791―0295 Japan, TEL 089―960―5214