招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成29年12月11日

国立大学法人東京大学総長　五神　　真

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第５号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　シーリングペンダント　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成30年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　ＮＩＣＵシーリングペンダントは以下の要件を満たすこと。

ａ　ＮＩＣＵシーリングペンダントの主要構成は次の通りとすること。⑴天井カバー、⑵旋回アーム、⑶コラム、⑷医療ガスアウトレット、⑸アース付ダブルコンセント、⑹アース端子、⑺過電流警報器

ｂ　旋回アームは２本で構成されており、３カ所の回転軸を有していること。

ｃ　コラムは広範囲に旋回できること。

ｄ　コラムの正面部分には医療機器を取り付けることができること。加えて、コラムの任意の位置に医療ガスやコンセントを設置できること。

Ｂ　ＰＩＣＵシーリングペンダントは以下の要件を満たすこと。

ａ　ＰＩＣＵシーリングペンダントは天井に支持された複数の支柱と本体にて構成され、本体の主要構成は次の通りとすること。⑴医療ガスアウトレット、⑵アース付ダブルコンセント、⑶アース端子、⑷過電流警報器

ｂ　本体は天井より懸垂されるものとし、前後左右上下には動作しない構造であること。

ｃ　本体は正面及び背面に医療機器を取り付けることができること。加えて、本体の任意の位置に医療ガスやコンセントを設置できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成30年１月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒113―8655　東京都文京区本郷７－３－１　東京大学医学部附属病院事務部管理課経理チーム　能城　　巧　電話03―5800―8616

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成29年12月11日から平成30年１月26日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ceiling pendant 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　NICU ceiling pendant must be to meet the following requirements.

a　The main structure of the NICU ceiling pendant must be as follows : ⑴ Ceiling cover, ⑵ Pivot arm, ⑶ Column, ⑷ medical gas outlet, ⑸ Double outlet with earth, ⑹ Earth terminal, ⑺ Overcurrent alarm

b　The swing arm must be made up of two pieces, and it has three rotation.

c　The column must be able to turn around a wide range.

d　The column must be able to attach medical equipment to the front part and The column must be able to install medical gas and outlets at arbitrary positions.

B　PICU ceiling pendant must be to meet the following requirements.

a　PICU ceiling pendant is made up of a plurality of support columns supported by the ceiling and the main body, and the main constitution of the main body must be as follows : ⑴ Medical gas outlet, ⑵ Double outlet with earth, ⑶ Earth terminal, ⑷ Overcurrent alarm

b　The main body shall be suspended from the ceiling and shall not operate in the front, back, left and right, up and down.

c　The main body must be able to attach medical equipment to the front and back. And, it is possible to install medical gas or socket at any position on the body.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　26 January, 2018

⑹　Contact point for the notice : Takumi Nojo, Procurement Section, Accounting Division, the University of Tokyo Hospital, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8655 Japan, TEL 03―5800―8616

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成29年12月11日

国立大学法人東京大学総長　五神　　真

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第６号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　生体情報モニタリングシステム（ＮＩＣＵ・ＧＣＵ・ＰＩＣＵ）一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成30年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　セントラルモニタは以下の要件を満たすこと。

ａ　セントラルモニタは各スタッフステーションに配備し、ベッドサイドモニタの情報を集中的に監視可能なこと。

ｂ　本院で稼働している病院情報システムとのシステム連携が可能であること。

Ｂ　ベッドサイドモニタは以下の要件を満たすこと。

ａ　ベッドサイドモニタは、心電図、呼吸、ＳｐＯ２、非観血血圧、観血血圧、体温等を測定し波形表示及び数値表示ができること。

ｂ　ベッドサイドモニタは、小児及び新生児の患者に合わせて、パラメータやアラーム設定を決定できる機能を有すること。

ｃ　小児及び新生児用のセンサー類を有すること。

Ｃ　パルスオキシメータは以下の要件を満たすこと。

ａ　パルスオキシメータは単体器であること。

ｂ　パルスオキシメータはＳｐＯ２を測定する機能を有すること。

ｃ　ベッドサイドモニタと接続し、機能連携すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成30年１月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒113―8655　東京都文京区本郷７－３－１　東京大学医学部附属病院事務部管理課経理チーム　阿部理紗子　電話03―5800―8616

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成29年12月11日から平成30年１月26日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : The Patient Monitor (NICU・GCU・PICU) 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase