③　患者を移動することなく、頭部から下肢まで全身を、検査可能な機能を有すること。
④　X線変換効率、濃度分解能が高い平面検出器（フラットパネルディテクタ）搭載装置であること。
⑤　パルスレート可変デジタル透視、自動付加フィルタ挿入など、複合的に被ばく低減可能なプログラムを有すること。
⑥　多画像の表示が可能な大型液晶ディスプレイを有すること。
⑦　３次元画像データの取得、再構成が可能であること。
⑧　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）、読影システムと接続可能であること。
⑨　装置および機器の運営管理に有用な周辺機器を備えていること。
⑩　装置の維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料の提供期限　平成30年７月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立研究開発法人国立循環器病研究センター　財務経理部契約第一係　辻本　真孝　電話06―6833―5012（内線）2982
メールアドレス　Sounding@ml.ncvc.go.jp

3　導入説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年５月22日から平成30年７月６日まで。
⑵　交付方法　２⑵に示す場所にて直接交付するか、若しくは電子メールにて交付する。電子メールでの交付を受ける場合は２⑵に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更する事があり得る。

5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : X-ray Angiography system 1 set (should be installed catheter room ⑦ in the new center hospital)
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The system should a bi-plane system which is able to fluoroscopy and radiography from the front and the side
②　The system should be able to angiography for cardiovascular disease
③　The system should have a function to examine the whole body, from head to peripheral, without moving the patient
④　The system should carry a flat-panel detector which has high X-ray conversion efficiency and density resolution
⑤　The system should have several type of dose reduce programs such as variable pulse rate digital fluoroscopy, automatic additional filter
⑥　The system should have a large LCD which is able to project multiple images
⑦　The system should be able to reconstruct by using 3D image data
⑧　The system should be able to connect with existing HIS, RIS, PACS, and diagnosis system
⑨　The bidder should provide peripheral equipment that is effective for managing machines and devices
⑩　The bidder should have an organization which provides quick user support and adequate maintenance of the system
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M 6, July, 2018
⑹　Contact point for the notice : Masataka Tsujimoto, Finance and Accounting Division, National Cerebral and Cardiovascular Center, 5―7―1 Fujishirodai Suita-shi, Osaka-fu, 565―8565 Japan. TEL 06―6833―5012 ext. 2982

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成30年５月22日
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター
理事長　小川　久雄

◎調達機関番号　820　◎所在地番号　27

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　血管撮影装置　１式（新センター　カテーテル室⑧に該当）
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成31年１月末日
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　正面・側面の２方向から透視、撮影が可能なバイプレーンシステムであること。
②　末梢血管に対する血管造影検査に対応可能なシステムであること。
③　患者を移動することなく、頭部から下肢まで全身を、検査可能な機能を有すること。
④　X線変換効率、濃度分解能が高い平面検出器（フラットパネルディテクタ）搭載装置であること。
⑤　パルスレート可変デジタル透視、自動付加フィルタ挿入など、複合的に被ばく低減可能なプログラムを有すること。
⑥　多画像の表示が可能な大型液晶ディスプレイを有すること。
⑦　３次元画像データの取得、再構成が可能であること。
⑧　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）、読影システムと接続可能であること。
⑨　装置および機器の運営管理に有用な周辺機器を備えていること。
⑩　装置の維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料の提供期限　平成30年７月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立研究開発法人国立循環器病研究センター　財務経理部契約第一係　辻本　真孝　電話06―6833―5012（内線）2982
メールアドレス　Sounding@ml.ncvc.go.jp

3　導入説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年５月22日から平成30年７月６日まで。
⑵　交付方法　２⑵に示す場所にて直接交付するか、若しくは電子メールにて交付する。電子メールでの交付を受ける場合は２⑵に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更する事があり得る。

5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : X-ray Angiography system 1 set (should be installed catheter room ⑧ in the new center hospital)
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The system should a bi-plane system which is able to fluoroscopy and radiography from the front and the side
②　The system should be able to angiography for peripheral vessel
③　The system should have a function to examine the whole body, from head to peripheral, without moving the patient
④　The system should carry a flat-panel detector which has high X-ray conversion efficiency and density resolution
⑤　The system should have several type of dose reduce programs such as variable pulse rate digital fluoroscopy, automatic additional filter
⑥　The system should have a large LCD which is able to project multiple images
⑦　The system should be able to reconstruct by using 3D image data
⑧　The system should be able to connect with existing HIS, RIS, PACS, and diagnosis system