⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成31年１月末日
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　Ｘ線管球を有すること。
②　立位、臥位の撮影台を有し、全身の撮影が迅速かつ安全な撮影への対応が可能であること。
③　平面検出器（フラットパネルディテクタ）を有すること。
④　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）、読影システムと接続可能であること。
⑤　装置および機器の運営管理に有用な周辺機器を備えていること。
⑥　装置の維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料の提供期限　平成30年７月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立研究開発法人国立循環器病研究センター　財務経理部契約第一係　辻本　真孝　電話06―6833―5012（内線）2982　メールアドレス　Sounding@ml.ncvc.go.jp
３　導入説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年５月22日から平成30年７月６日まで。
⑵　交付方法　２⑵に示す場所にて直接交付するか、若しくは電子メールにて交付する。電子メールでの交付を受ける場合は２⑵に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。
４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更する事があり得る。
５　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : General X-ray system 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The system should have X-ray tube system
②　The system has patient table for recumbent position and patient stand for standing position, and also it is able to safely and quickly examine the whole body
③　The system should have flat-detector
④　The system should be able to connect with existing HIS, RIS, PACS, and diagnosis system
⑤　The bidder should provide peripheral equipment that is effective for managing machines and devices
⑥　The bidder should have an organization which provides quick user support and adequate maintenance of the system
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M 6, July, 2018
⑹　Contact point for the notice : Masataka Tsujimoto, Finance and Accounting Division, National Cerebral and Cardiovascular Center, 5―7―1 Fujishirodai Suita-shi, Osaka-fu, 565―8565 Japan. TEL 06―6833―5012 ext. 2982

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成30年５月22日
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター
理事長　小川　久雄
◎調達機関番号　820　◎所在地番号　27
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＳＰＥＣＴ／ＣＴ装置　１式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成31年１月末日
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　単光子（シングルフォトン）放出核種を用いた画像診断システムであること。
②　核種エネルギーに合わせた専用のコリメータを有し、空間分解能、感度に優れていること。
③　診断用Ｘ線ＣＴの検出器は２列以上を有すること。
④　ＣＴ画像による減弱、散乱補正を行うことにより、集積率などの定量値を測定できること。
⑤　画像の重ね合わせに優れ、効率的な解析ができる機能を有すること。
⑥　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）、読影システムと接続可能であること。
⑦　装置および機器の運営管理に有用な周辺機器を備えていること。
⑧　装置の維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料の提供期限　平成30年７月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒565―8565 大阪府吹田市藤白台５－７－１　国立研究開発法人国立循環器病研究センター　財務経理部契約第一係　辻本　真孝　電話06―6833―5012（内線）2982　メールアドレス　Sounding@ml.ncvc.go.jp
３　導入説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成30年５月22日から平成30年７月６日まで。
⑵　交付方法　２⑵に示す場所にて直接交付するか、若しくは電子メールにて交付する。電子メールでの交付を受ける場合は２⑵に示すメールアドレスに調達件名・会社名・担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。
４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更する事があり得る。
５　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : SPECT／CT system 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The system should be image diagnosis system using single-photon emitting nuclides
②　The system should have unique collimators suited for nuclide energy, and it carries superior space resolution and sensitivity
③　The diagnostic X-ray CT should have over 2 rows
④　The machine can measure quantitative value such as integrated rate by reduction and scatter correction of CT image
⑤　The system should be superior for image fusion and has a function for efficient analysis
⑥　The system is able to connect to existing HIS, RIS, radiography, and PACS
⑦　The bidder should provide peripheral equipment that is effective for managing machines and devices
⑧　The bidder should have an organization which provides quick user support and adequate maintenance of the system
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M 6, July, 2018
⑹　Contact point for the notice : Masataka Tsujimoto, Finance and Accounting Division, National Cerebral and Cardiovascular Center, 5―7―1 Fujishirodai Suita-shi, Osaka-fu, 565―8565 Japan. TEL 06―6833―5012 ext. 2982

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成30年５月22日
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター
理事長　小川　久雄
◎調達機関番号　820　◎所在地番号　27
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＳＰＥＣＴ装置　２式