に限る。ただし、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。）。なお、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事（いずれも港湾空港関係を除く。）のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。全ての構成員の技術者が下記ⅰ）の要件を満たしていること。

ⅰ）ＰＣ橋上部工工事で、次の(a)から(e)の要件を満たす施工経験。

(a)　道路橋（Ａ活荷重以上又はＴＬ－20以上）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除く。）であること。

(b)　橋梁形式が連続箱桁又はラーメン形式の新設のＰＣ橋であること。

(c)　最大支間長が105m以上であること。

(d)　架設工法が固定支保工以外の架設工法であること。

(e)　施工経験が適切なものであること。

ただし、(a)から(e)は同一橋梁での施工経験であること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。

④　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証（監理技術者講習修了履歴）を有する者であること。

⑤　主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。

(3)　出資比率要件　すべての構成員が、均等割の10分の６以上の出資比率であるものとする。

(4)　代表者要件　特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。

(5)　特定建設工事共同企業体の協定　特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」（昭和53年11月１日付け建設省計振発第69号）の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて（回答）」（昭和53年11月１日付け建設省茨計振第771号）の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書（甲）」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書（甲）」の様式は上記６(1)へアクセスして入手するものとする。

8　一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い

上記７(1)①の認定（同７(1)①の再認定を含む。以下同じ。）を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も同５及び同６により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同７(1)①の認定を受けていない構成員が同７(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。

9　資格審査結果の通知　「競争参加資格認定通知書」により通知する。

10　資格の有効期間　特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日までとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。

11　その他

(1)　特定建設工事共同企業体の名称は、「国道45号　新思惟大橋上部工工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。

(2)　本工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告（建設工事）」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成30年10月５日

独立行政法人国立病院機構

高崎総合医療センター院長　石原　　弘

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　10

○第 02803 号（№02803）

1　調達内容

(1)　品目分類番号　22、31

(2)　導入計画物品及び数量　血管連続撮影装置一式

(3)　調達方法　購入等

(4)　導入予定時期　2019年10月から2020年３月

(5)　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　バイプレーンDA及びDSA撮影が可能であること。

②　正面アームはC型であること。

③　透視、撮影画像が優れてること。

④　ＤＩＣＯM3.0以上による動画サーバー及びネットワーク接続機能を有すること。

⑤　院内ネットワークに接続し、画像データ及び関連情報の送受信ができること。

⑥　患者、術者の被ばく低減対策が施されていること。

⑦　被ばく管理を統一的に管理できるソフト・システムを有すること。

⑧　ハイブリット手術室として、操作性、空間効率及び患者や術者等の快適性と安全性に配慮した設計であること。

⑨　導入装置の搬入、据付、調整、環境整備（空調、冷却、電源、設備等）を速やかに行うこと。

⑩　手術室で運用表示させる各種画像を効率よく表示・切替できるシステムであること。

⑪　検査に必要な周辺機器を備えていること。

⑫　保守契約を結び、故障のない状態を維持管理できること。また、障害時は早急な復旧ができるサービス体制であること。

⑬　契約締結から導入までのスケジュールを明示できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1)　資料等の提供期限　平成30年11月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

(2)　提出先　〒370―0829 群馬県高崎市高松町36　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター企画課契約係長　小山内智之　電話027―322―5421

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1)　交付期間　平成30年10月５日から平成30年11月22日まで。

(2)　交付場所　上記２(2)に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

(1)　Classification of the products to be procured : 22, 31

(2)　Nature and quantity of the products to be purchased : Serial Angiographic System 1set

(3)　Type of the procurement : Purchase

(4)　Basic requirements of the procurement :

①　It is possible to do Biplane DA and Digital Subtraction Angiography.

②　The front arm must be C type.

③　Having excellent fluoroscope image, excellent radiography image.

④　It possess a video server more than 3.0 level of DICOM and network connect function.

⑤　Connect network in hospital, to be able to transmit and receive the image data and related information.

⑥　It take measures for patients and oprater not to exposure in bulk.

⑦　It possess software and system which be able to control exposure management uniformly.

⑧　As a hybrid opraterating room, It required to consider operability, space efficient, comfortable of patients and operaters and safety.