3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和２年４月６日から令和２年５月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和２年４月21日16時00分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室・会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Medical environmental improvement system in dental treatment 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A. This system includes a extraoral vacuum (ceiling equipment type), a dental chair unit, and a chair-side dental computer-aided design and manufacturing unit.
B. This extraoral vacuum (ceiling equipment type) can be connected to the vacuum system in the ceiling on the 4th floor of outpatient clinic of Tokushima University Hospital.
C. This system aims to improve the hospital infection control and medical treatment environment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22 May, 2020
⑹　Contact point for the notice : Tomoko Kajiura, Supplies, University Hospital, Accounting and Supply Affairs Section, National University Corporation, Tokushima University, 2―50―1 Kuramoto-cho Tokushima-shi 770―8503 Japan, TEL 088―633―9559

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年４月６日
国立大学法人徳島大学長　野地　澄晴
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36
○第２号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　泌尿器・婦人科X線透視撮影システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和２年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　泌尿器・婦人科X線透視撮影システムは、デジタル式汎用透視装置とFPD搭載移動型X線装置、及び必要な品質管理用及び読影支援用システムを備えること。また、本システムの故障や不具合を容易に確認可能で、かつ、システム障害時の支援体制が確立されていること。
B　デジタル式汎用透視装置及び必要な品質管理システムは以下の要件を満たすこと。
a　透視及び撮影が可能であること。
b　検出器は大視野の平面であること。
c　優れた組織コントラスト及び時間分解能を有し、高度な画像処理技術で迅速に高精度な画像を表示でき、かつ取得が可能な機能を有すること。
d　被曝低減可能なX線出力のためのパルス透視機能を有すること。
e　操作が容易であり、安全性、設置性を備えていること。
f　装置の品質管理や精度管理が可能なツールを有すること。
g　被ばく線量の把握や管理ができる機能を有すること。
h　本院既存の病院情報システム、放射線科情報システム及び統合画像管理システムに接続し、ネットワーク環境を構築すること。
C　FPD搭載移動型X線装置及び必要な品質管理用及び読影支援用システムは以下の要求を満たすこと。
a　操作が容易であり、安全性、走行性を備えている移動型の装置で、病棟・病室・検査室・診察室などでX線撮影が可能であること。
b　本体には撮影した画像が表示可能な内蔵モニタを有すること。
c　可搬型の平面検出器と接続可能であること。
d　安定したコントラストと濃度を表示できる画像処理技術を有し、迅速に高精度な画像を表示取得可能で、さらに読影支援のための画像処理ができること。
e　散乱線の影響を除去するための画像処理技術を有すること。
f　装置の品質管理や精度管理が可能なツールを有すること。
g　被ばく線量の把握や管理が可能な機能を有すること。
h　本院既存の病院情報システム、放射線科情報システム及び統合画像管理システムに接続し、ネットワーク環境を構築すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和２年５月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒770―8503　徳島市蔵本町２―50―１　国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係　梶浦　智子　電話088―633―9559
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和２年４月６日から令和２年５月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和２年４月14日14時00分
⑵　開催場所　国立大学法人徳島大学病院入札室・会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : X-ray fluoroscopy system for urology and gynecology examination 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　This system must include a digital general-purpose fluoroscopy system, a portable X-ray system equipped with FPD and a quality control system.This system must have a function to check error and failure easily and have support system in case of system failure.
B　The digital general-purpose fluoroscopy system and the quality control system must include the below conditions and requirements.
a　This system must have capability of fluoroscopy and radiography.
b　This system must have flat panel detector with large field.
c　This system must have good tissue contrast, high spatial resolution and high temporal resolution. In addition, high-quality images must quickly display and acquire advanced images by processing technology.
d　This system must have X-ray output function to reduce exposure. And then it must have a pulsed X-ray fluoroscopy function.
e　The system must have good operability, safety and installation.
f　This system must have tools for quality control.
g　This system must have function to check and control X-ray exposure dose for the object.
h　This system must connect to the network system (HIS, RIS, PACS) of Tokushima University Hospital.