(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 1 June, 2020
(6) Contact point for the notice : Iwata Noriyasu, Section Chief for Contract and Purchase Section, Financial Affairs Office, Tokyo University of Agriculture and Technology, 3―8―1 Harumi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183―8538 Japan, TEL 042―367―5525

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年４月21日
国立大学法人東海国立大学機構
機構長　松尾　清一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　21
○第１号―岐阜大学
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　総合緊急検査システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期
令和２年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
①検査部の機器を集約化し、自動搬送システムによる業務の迅速化・効率化を図ること②既存の医療情報システムと連携できること③既存スペースに設置が可能であること④包括的なトラブル対応体制を有し、トラブル対応サービスを24時間迅速に提供すること
2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　令和２年６月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒501―1194 岐阜市柳戸１番１
岐阜大学医学部附属病院総務課調達係　宮島　圭史　電話058―230―6035
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　令和２年４月21日から令和２年６月８日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　令和２年５月８日16時30分
(2) 開催場所　岐阜大学医学部１階事務部会議室（入札室）
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Integrated Emergency Inspection System 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
①Dedicated system is able to consolidate instruments and improve the speed and efficiency of operation by an automatic conveyance system.②This is able to cooperate with the existing medical information system.③This is able to place in the existing space.④Have a comprehensive trouble support system and provide prompt troubleshooting services for 24 hours.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 8 June, 2020
(6) Contact point for the notice : Keisi Miyajima, Procurement Section, General Affairs Division, Gifu University School of Medicine, 1―1 Yanagido Gifu-shi 501―1194 Japan, TEL 058―230―6035

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年４月21日
国立大学法人東海国立大学機構
機構長　松尾　清一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23
○第２号―名古屋大学
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　ＦＰＤ搭載ポータブルＸ線撮影処理システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　令和２年度11月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　病室撮影で使用する移動可能な一体型X線診断装置、および放射線治療病棟等で使用する移動可能な一体型X線透視診断装置で構成されること。
B　既存の病院情報システムならびに部門システムとの連携ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　令和２年６月８日16時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒466―8560 名古屋市昭和区鶴舞町65　国立大学法人　東海国立大学機構　名古屋大学医学部・医学系研究科　経理課調達グループ　澤村ゆき乃　電話052―744―2796
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　令和２年４月21日から令和２年６月８日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　令和２年５月14日16時00分
(2) 開催場所　名古屋大学医学部附属病院中央診療棟Ａ　７階会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Portable x-ray imaging system with flat panel detectors 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A　This system should include six mobile X-ray imaging devices using at hospital room, and a mobile C-arm imaging device using at hospital ward for brachytherapy.
B　This system should be online-connected to Nagoya University Hospital Information System and Nagoya University Hospital Radiological Information System.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 16 : 00 8 June, 2020
(6) Contact point for the notice : Yukino Sawamura, Accouting Division, Nagoya University School of Medicine, Tokai National Higher Education and Research System, 65 Tsurumai-cho Showa-ku Nagoya-shi 466―8560 Japan, TEL 052―744―2796

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年４月21日
国立大学法人滋賀医科大学長　上本　伸二
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　25
○第４号
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量
眼科診療支援システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期
令和２年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
① 医療機器としての安全性が保障されていること。
② 最新の性能を有するシステムであること。
③ 眼科手術装置を有すること。
④ 広画角デジタル眼撮影装置を有すること。
⑤ 超音波計測診断装置を有すること。
⑥ 超広角眼底撮影装置を有すること。
⑦ 既存の三次元眼底映像撮影装置のアップグレードを含むこと。
⑧ 自動視野計、視野解析装置を有すること。
⑨ レーザー光凝固装置を有すること。
⑩ ＹＡＧレーザー装置を有すること。
⑪ 眼科画像ファイリングシステムとの接続が可能であること。