2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和２年６月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒520―2192 大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学会計課病院経営企画室病院調達係　松浦　美和　電話077―548―2039
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和２年４月21日から令和２年６月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和２年４月28日10時00分
⑵　開催場所　滋賀医科大学医学部附属病院第三会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ophthalmic medical support system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　It has guaranteed safety as the medical equipment.
②　The system has the latest modern performance.
③　It has the Cataract surgical unit.
④　It has the Wide field digital imaging system.
⑤　It has the Ultrasonic B scanner.
⑥　It has the Wide field fundus imaging.
⑦　Upgrading the existing Optical coherence tomography.
⑧　It has the Automated perimetry.
⑨　It has the Photocoagulation laser.
⑩　It has the Ophthalmic yag laser.
⑪　It is possible to connect to Ophthalmic Image Filing System.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8 June, 2020
⑹　Contact point for the notice : Miwa Matsuura, Procurement Section, Accounting Division, Shiga University of Medical Science, Setatsukinowa-cho Otsu-shi 520―2192 Japan, TEL 077―548―2039

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年４月21日
国立大学法人山口大学長　岡　　正朗
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　35
○第２号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　15、28
⑵　導入計画物品及び数量
キャンパスネットワークシステムスイッチ更新　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和２年度１月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ：調達するシステムは、本学の研究、教育、事務を総合的に支援するキャンパスネットワークシステムの一部ネットワークスイッチを更新するものであり、ビッグデータに対応し、高速、安定かつ効率的に利用できる全学共通の情報基盤を維持できるものであること。
Ｂ：キャンパスネットワークシステムは、幹線及び各支線ネットワークにより構成され、高いセキュリティ機能、安定性、運用性を有し、学内外とのＰＣ通信、映像通信が収容できること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和２年５月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒753―8511 山口市吉田1677―１　国立大学法人山口大学財務部契約課調達第一係　小林　浩之　電話083―933―5108
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和２年４月21日から令和２年５月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和２年４月27日14時00分
⑵　開催場所　山口大学事務局第１会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Campus network system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A : These systems must be composed of a network system, a tele-educational system and a related system, which support the research, education and management facilities comprehensively in Yamaguchi University.
B : The network system is composed of a trunk line and branch line, which must not only provide a high secure, stable and usable network but support the communication of computers, video images between the campus LAN and other networks. The tele-educational system must be able to communicate among three campuses of Yamaguchi University and other universities. Furthermore, these systems must make it possible for more than one hundred participants to communicate to each node in a lecture and meeting. The other related systems must provide the function which is used together with the network system and tele-educational system.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22 May, 2020
⑹　Contact point for the notice : Hiroyuki Kobayashi, Procurement Ⅰ, Contracts Division, Department of Finance, Yamaguchi University, 1677―1 Yoshida Yamaguchi-shi 753―8511 Japan, TEL 083―933―5108

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和２年４月21日
国立大学法人徳島大学長　野地　澄晴
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　36
○第３号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　手術用顕微鏡システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和２年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　対物レンズから接眼レンズに至る全光学系は、アポクロマート光学系であること。
Ｂ　倍率変倍機構は、フットスイッチ／コントロールハンドル制御による連続ズーム比１：６の電動式を採用し、変倍スピードの調整が可能であること。
Ｃ　対物レンズは、作業距離が200㎜～625㎜の範囲を含む連続バリアブルフォーカスであること。
Ｄ　フォーカス機構は、検出精度が±0.5㎜以内のレーザー測光式のオートフォーカス機能を有していること。
Ｅ　鏡基部には標準装備として４Ｋ３Ｄカメラを内蔵していること。
Ｆ　照明方法は同軸照明で、陰影部に照明を照らす２軸照明機構であること。
Ｇ　鏡基部を前後方向へチルト運動させても左右のアシスタントスコープによる助手観察位置は水平を保つことができること。
Ｈ　システム全体のオートバランス調整は、HDグラフィックタッチスクリーン上のタッチ操作１つで完結すること。
Ｉ　ドレープ装着時にドレープ内の空気を吸引する機能を有していること。
Ｊ　スタンドは揺れに強いアクティブ制振機能を有していること。
Ｋ　術中血管観察が可能な機能を顕微鏡本体に内蔵していること。
Ｌ　術中に腫瘍境界の観察が可能な機能を顕微鏡本体に内蔵していること。